

Wykonawcy-wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej .
– Zp/13/PN-11/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 3. – wyposażenie kuchni ze stali nierdzewnej – mógłby podać wymiary gabarytowe całej zabudowy?

Odp. Do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 3 – wyposażenie kuchni ze stali nierdzewnej – dopuści zaoferowanie komory o głębokości 250 mm?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 – szafa apteczna– dopuści zaoferowanie szafy o wymiarach 800x450x1800 mm lub 800x600x1800 mm (szer x gł x wys)?

Odp. Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy o wymiarach 800x 600 x 1800mm.

Pyt. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 – szafa apteczna– wymaga zaoferowania szafy z przestawnymi półkami i drzwiami z podwójnej blachy z uszczelkami?

Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowania szafy z przestawnymi półkami. Nie wymaga drzwi z podwójnej blachy z uszczelkami.

Pyt.5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 – wózek zabiegowy– dopuści zaoferowanie wózka o wymiarach 700x600x905 mm (szer x gł x wys)?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 – wózek zabiegowy– może sprecyzować opis „szuflady przelotowe”

Odp. Szuflady przelotowe- otwierane na obie strony wózka.

Pyt. 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 – wózek zabiegowy ze stali nierdzewnej– dopuści zaoferowanie pokrywy na worek otwieranej ręcznie?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 8 dot. pakietu 13 Balkonik z regulowaną wysokością

Czy Zamawiający dopuści balkonik o szerokości całkowitej 69 cm (w najszerszym punkcie) i szerokości 40 cm (na przodzie balkonika)?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 9 dot. pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści balkonik z regulacją wysokości w zakresie 85-125 cm ?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 10 dot. pakietu 13

Czy Zamawiający dopuści balkonik o dopuszczalnym obciążeniu 90 kg?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 11 dot. pakietu 13

Czy Zamawiający skróci wymagany okres gwarancji do 12 miesięcy?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 12 dot. pakietu 17

Fotel do pobierania krwi

Czy Zamawiający dopuści fotel o podstawie chromowanej, rezygnując tym samym z wymogu szkieletu ze stali nierdzewnej?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 13 dot. pakietu 17

Czy Zamawiający skróci wymagany okres gwarancji do 12 miesięcy?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 14 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji i szufladach ze stali nierdzewnej, bokach i blacie roboczym z tworzywa sztucznego z grupy ABS; wyposażony w 4 kółka w tym 2 z blokadą, stojak do płynów infuzyjnych, wysuwany dodatkowy blat, uchwyt umożliwiający przemieszczanie wózka zintegrowany z blatem wózka, z 3 szufladami (nieprzelotowymi) o szerokości 76,5cm, z zamkiem centralnym, z 3 uchylnymi transparentnymi półkami z boku wózka; o wymiarach: wys. 106cm, gł. 62cm, szer. 103cm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 15 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji i szufladach ze stali malowanej proszkowo, bokach i blacie roboczym z tworzywa sztucznego; wyposażony w 4 kółka w tym 2 z blokadą, stojak do płynów infuzyjnych, wysuwany dodatkowy blat, uchwyt umożliwiający przemieszczanie wózka zintegrowany z blatem wózka, z 3 szufladami (nieprzelotowymi) o szerokości 59cm, z zamkiem centralnym, z 3 uchylnymi transparentnymi półkami z boku wózka o wymiarach wys. 99cm, gł. 54cm, szer. 86cm?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 16

Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji zamówienia dla pakietu nr 15 (wózek zabiegowy) z 21 dni od daty podpisania umowy do 30 dni?

Odp. Zamawiający przedłuży termin dostawy do 30 dni.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak