

Załącznik nr 1 do SIWZ

Dostawa błon RTG, odczynników do mammografii, kaset mammograficznych.

L.p.	NAZWA	J.M.	ILOŚĆ NA 12 m-cy	CENA NETTO	VAT %	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Błona RTG do mammografii- KODAK MIN-R 18 x 24cm	op.	110					
2.	Błona RTG do mammografii- KODAK MIN-R 24 x 30cm	op.	35					
3.	Wywoływacz KODAK	op.	35					
4.	Utrwalacz KODAK	op.	41					

System Kontroli Jakości w Pracowni Mammograficznej wymaga, aby badania mammograficzne, w tym badania skryningowe były wywoływane na sprzęcie jednego producenta.

Zakład Diagnostyki Obrazowej Zamawiającego dysponuje:

- wywoływarka (procesor ciemniowy) firmy KODAK typ MIN R**
- kasety firmy KODAK MIN R2 z ekranami wzmacniającymi MIN R- 2190 screen.**

Odczynniki chemiczne, błony mammograficzne muszą być tego samego producenta (firmy KODAK) i w odniesieniu do pakietu.