

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę pompy infuzyjnej objętościowej i stanowiska do pielęgnacji noworodków i niemowląt.

– Zp/14/PN-12/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1

Czy stanowisko do pielęgnacji noworodków ma być wyposażone w baterie? Jeśli tak to, czy ma być zlewozmywakowa czy z wyciąganą słuchawką?

Odp. Bez baterii, ponieważ bateria już jest zamontowana na ścianie.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak