

DZPZ-530-Zp/23/PN-21/10

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji Narządów Ruchu – Zp/23/PN-21/2010.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy aparatu do masażu sekwencyjnego uciskowego z wyposażeniem - pakiet nr 3

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat do sekwencyjnego masażu pneumatycznego z mankietami uciskowymi 8 komorowymi na kończyny górne ?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat do sekwencyjnego masażu pneumatycznego z mankietami uciskowymi 10 komorowymi na kończyny dolne?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat do sekwencyjnego masażu pneumatycznego z mankietami spodniami 22 komorowymi z 2 komorowym pasem biodrowym?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat do sekwencyjnego masażu pneumatycznego 12 kanałowy?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego mankieta na rękę umożliwiającego wykonywanie zabiegów obu kończyn górnych ?

Odp. Nie wymagamy.

Pyt. Czy Zamawiający dopuści pas biodrowy w postaci spodni 24-komorowych (jest to wersja wygodniejsza od spodni 12-komorowych)?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 3 sztuk pasów poszerzających tylko do pasa biodrowego czyli spodni ?

Odp. Nie wymagamy.

Pyt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatny serwis (w tym transport) w siedzibie producenta w terminie do 7 dni roboczych?

Odp. Wyrażamy zgodę