

Wałbrzych 04.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/18/PN-16/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : ssaków mechanicznych, stanowiska do reanimacji noworodka, lamp bakteriobójczych, aparatu EKG + wózek pod aparat, łóżka szpitalnego, łóżek dla dzieci przedszkolnych, łóżeczek niemowlęcych, stanowiska do pielęgnacji noworodków i niemowląt, ubranek stanowiskowych, spirometru – Zp/18/PN-16/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Prosimy o zmianę zapisu następującego parametru : „zamocowana do stanowiska butla z tlenem i sprężonym powietrzem” na zapis: przepływomierz tlenu i powietrza montowany na szynie przy inkubatorze z drenami oraz wtykami do instalacji gazowej będącej w Państwa szpitalu.

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy wymagacie Państwo ssak noworodkowy przy stanowisku do reanimacji, jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o podanie czy potrzebujecie ssak tlenowy czy próżniowy?

Odp. Tlenowy

Pytanie 3, dot. pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości regulacji temperatury w zakresie 34,5° - 37,5°C – co 0,1°C.

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie wymiarów podnośnika elektrycznego w zakresie 170-186 cm.

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2

Prosimy o wykreślenie zapisu „moduł ustawionej wysokości : 174,180,189”, ponieważ w inkubatorze z podnośnikiem elektrycznym regulacja jest płynna, w zależności od potrzeb personelu.

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie głębokości inkubatora w zakresie 103-129 cm w zależności od wysokości i zamontowania akcesoriów.

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dla dzieci z kołami o średnicy 10 cm?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach całkowitych długość 1640 mm, szerokość 765 mm, wysokość 1480 mm i dopasowanym do niego materacem?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości w zakresie 550-820 mm?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z barierkami bocznymi wyższymi niż 40 cm?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko dla dzieci z kołami o średnicy 10 cm?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach całkowitych długość 1640 mm, szerokość 765 mm, wysokość 1480 mm i dopasowanym do niego materacem?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości w zakresie 550-820 mm?

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakiet nr 7

Co Zamawiający dopuści łóżeczko z barierkami bocznymi wyższymi niż 72 cm?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżka dla dzieci o wymiarach leża 70 x 140 cm?

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lamelami?

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z kołami jezdnyymi z indywidualną blokadą jazdy i obrotu o średnicy 100 mm, które nie powodują pogorszenia użyteczności łóżeczek?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z 4 kołami jezdnyymi z indywidualną blokadą jazdy i obrotu o średnicy 100 mm, które nie powodują pogorszenia użyteczności łóżeczek?

Odp. Tak

Pytanie 19, dot. pakiet nr 7

Czy zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lamelami?

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z wysokością leża od podłogi 74 cm?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści łóżka dla dzieci o wymiarach 55 x 110 cm oraz wymiarami zewnętrznymi 69 x 136 cm?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga barierek bocznych, opuszczonych, które można ustawiając na dowolnej wysokości za pomocą sprężyny gazowej obsługiwanej pedałem nożnym – niedostępnym dla dzieci, całkowicie eliminować ryzyko opuszczenia barierki przez leżące dziecko, a wygodny dla personelu medycznego?

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga (w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów) pod oparciem pleców półki z elastycznego materiału, która zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem przez otwór powstały pomiędzy oparciem pleców a szczytem łóżka?

Odp. Tak