

Wałbrzych 05.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/18/PN-16/09

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : ssaków mechanicznych, stanowiska do reanimacji noworodka, lamp bakteriobójczych, aparatu EKG + wózek pod aparat, łóżka szpitalnego, łóżek dla dzieci przedszkolnych, łóżeczek niemowlęcych, stanowiska do pielęgnacji noworodków i niemowląt, ubranek stanowiskowych, spirometru – Zp/18/PN-16/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek kompatybilny z oferowanym aparatem EKG o wymiarach (wys/dł/szer): 915 x 570 x 425 mm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 2, dot. pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy stanowisko do reanimacji noworodka, kompatybilne z urządzeniem posiadanym na Oddziale, charakteryzującym się następującymi cechami:

- Możliwość podaży gazów do pacjenta z centralnego zasilania oraz z butli tlenowej i sprężonego powietrza,

**Odp. Tak**

- Przeciwodleżynowym materacykiem,

**Odp. Tak**

- Aparatem do resuscytacji manualnej,

**Odp. Neopuff**

- Mocowaniem kardiomonitora,

**Odp. Tak**

- Termoregulacją w układzie skóra pacjenta oraz ręcznym, w zakresie (odpowiednio) (34÷37,5)°C i pomiarem temperatury (30÷42)°C,

**Odp. Tak**

- Grzałką wykonaną w najnowszej technologii, z materiału podwyższonej żywotności w stosunku do konwencjonalnych materiałów – typu Calrod,

**Odp. Tak**

- Profilem promieniowania termicznego o kształcie klepsydry, zapewniającym optymalne pokrycie materacyka, zapewniające jednorodny rozkład cieplny na powierzchni materacyka pacjenta,

**Odp. Tak**

- Szerokim zakresem regulacji wysokości leża w stosunku do podłogi,
- Płynną regulacją pochylenia materacyka w zakresie  $\pm 12^\circ$ ,

**Odp. Tak**

- Opuszczanymi ściankami bocznymi z możliwością mocowania rur i przewodów pacjenta,

**Odp. Tak**

- Kółkami samonastawnymi z ich blokadą,

**Odp. Tak**

- Możliwością ważenia pacjenta,

**Odp. Tak**

- Zasilaniem prądem zmiennym 230  $\pm$  20 V AC 50/60 Hz,

**Odp. Tak**

- Konstrukcją promiennika nie wymagającą przesuwania / obracania dla wykonania zdjęć RTG, a także stwarzającą komfort pracy personelu poprzez nie nagrzewanie głowy operatora,

**Odp. Tak**

- Bezdotykowym wyciszaniem alarmów oraz ich eliminacją w trakcie szybkiego rozgrzewania się stanowiska?

**Odp. Tak**

### **Pytanie 3, dot. pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada materac przeciwodłęzynowy o wymiarach : długość 1900mm x szerokość : 760 mm x wysokość: 120 mm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 4, dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla dzieci przedszkolnych , które posiada 4 kółka z indywidualną blokadą o średnicy 100 mm zamiast określonej w SIWZ średnicy 150mm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 5, dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla dzieci przedszkolnych o wymiarach : wysokość od podłogi : 550mm; długości: 1512mm; szerokości: 815 mm; wysokość barierki zabezpieczającej 665mm? Parametry te nieznacznie różnią się od określonej w SIWZ.

**Odp. Tak**

**Pytanie 6, dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla dzieci przedszkolnych posiadające materac w pokrowcu z tkaniny zmywalnej paro przepuszczalnej o wymiarach: długość 1260mm; szerokość 680mm, wysokości 80mm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 7, dot. pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko dla dzieci przedszkolnych, które posiada leże wypełnione siatką montowaną na stałe, nie wzmocnioną dodatkowo płaskownikami?

**Odp. Nie**

**Pytanie 8, dot. pakiet nr 1-9**

Czy Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i wydłuży termin realizacji do 80 dni? Jeśli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji zgodzi się Zamawiający?

**Odp. Tak jak w SIWZ**