

Wałbrzych 08.03.2010r

DZPZ-530-Zp/21/PN-19/10

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych 35 J z sygnalizacją z elektrodami – 25 szt., kardiowerterów-defibrylatorów dwujamowych 35 J z sygnalizacją z elektrodami – 15 szt. wraz z użyczeniem programatora – Zp/21/PN-19/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1.:

„Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego”

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy oraz dwujamowy nie posiadający możliwości wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np.SVC) z obwodu wysokonapięciowego, ale za to z możliwością programowania wyłączenia aktywnej obudowy urządzenia z obiegu wysokonapięciowego?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 2.:

„Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych”

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator dwujamowy z możliwością monitorowania ilości występujących arytmii nadkomorowych za pośrednictwem funkcji Mode Switch?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 3.:

„Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta”

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter – defibrylator dwujamowy bez algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe pacjenta?

Odp. Nie dopuszczamy.