

Wałbrzych 15.03.2010r

DZPZ-530-Zp/23/PN-21/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników, podłoży, krążków do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii, oraz wykonanie, uruchomienie i dzierżawa systemu informatycznego do systemu do obsługi pracowni mikrobiologii – Zp/23/PN-21/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.- pakiet nr 4, poz.30

Uprzejmie prosimy o podanie składu pożywki.

Odp. Rekomendacje doboru testów do ozn. wrażli. bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 2009 (KORLD):

P.8.5.5.1[15]

P.5.5.2[27].

Podłoże BHIA (BHI agar) z wankomycyną o stężeniu 6 µg/ml.