

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników, podłoży, krążków do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii, oraz wykonanie, uruchomienie i dzierżawa systemu informatycznego do systemu do obsługi pracowni mikrobiologii .

– Zp/23/PN-21/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.1. Pakiet nr 2, tabela 2a, poz. 22,23,31,33,34

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów manualnych do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwość grzybów i drożdżaków i do identyfikacji bakterii beztlenowych oraz identyfikacji bakterii Neisseria sp. i Haemophilus sp.?

Odp. Pyt. dot. pakietu nr 2, poz. 22,23,31- pytania zadano nieprecyzyjnie.

Pyt. dot. pakietu nr 2, poz. 33,34- tak, jeśli zostaną zapewnione wszystkie niezbędne akcesoria (czytniki, oprzyrządowanie itp.) do odczytu tych testów.

Pyt.2. Pakiet nr 2, tabela 2a, poz 29

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu testu do lekowrażliwości Haemophilus Sp., z uwagi na fakt, iż obecnie oferowane na rynku automatyczne analizatory mikrobiologiczne nie wykonują tego typu badań?

Odp. Tak, jeśli oferent zapewni zamiennie testy manualne do badania antybiotykowrażliwości Haemophilus.

Pyt.3. Pakiet 2 Analizator mikrobiologiczny, pkt 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu nie starszego niż 2008 rok z pełną bezpłatną gwarancją producenta obowiązującą przez okres obowiązywania umowy ?

Odp. Nie

Pyt.4. Pakiet 2 Analizator mikrobiologiczny, pkt 10

Czy w przypadku kiedy system informatyczny do obsługi laboratorium mikrobiologicznego, w który zostanie wpięty aparat, jest oparty na systemie Windows, czy Zamawiający dopuści w aparacie oprogramowanie graficzne oparte na innych standardach niż Windows?

Odp.Tak

Pyt.5. Pakiet 2 Analizator mikrobiologiczny, pkt 20

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli logowanie do sieci informatycznej będzie się odbywało w sposób zapewniający dostęp do systemu wyłącznie osobom uprawnionym. ?

Odp.Tak

Pyt.6. Pakiet 2 Analizator mikrobiologiczny, pkt 22

Czy Zamawiający zgodzi się na archiwizację danych na CD i dyskietkach bezpośrednio z programu informatycznego?

Odp. Tak

Pyt.7. dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie krążków firmy OXOID wraz z kompatybilnymi do nich dyspenserami na czas trwania umowy? Jeśli tak, to proszę o podanie typu dyspenserów.

Odp. Tak. Dyspensery do płytek Petriego Ø90mm, 6 komorowe.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak