

Wałbrzych 22.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/30/PN-27/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę resuscytatorów dla dorosłych, dzieci i niemowląt – Zp/30/PN-27/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1,dot. pakiet nr 1 i 2

W związku z wymaganiem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Całość kompatybilna z posiadanym przez oddziały szpitalne sprzętem firmy Laerdal” uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jakich elementów i parametrów przedmiotu zamówienia dotyczy wymagana kompatybilność z posiadanym przez oddziały szpitalne sprzętem firmy Laerdal oraz z którymi wyrobami firmy Leardal z pośród tych posiadanych przez oddziały przedmiot zamówienia ma być kompatybilny.

Odp. Kompatybilność elementów dotyczy zastawki oraz worka samorozprężalnego w zakresie średnic: zewnętrznej zastawki jednokierunkowej oraz wewnętrznej pierścienia worka w której montowana jest zastawka z zachowaniem pełnej szczelności. Dotyczy również elementów zużywalnych (zastawka i rezerwuar tlenu)

Objętość worków samorozprężalnych:

- noworodki 80-150 ml
- niemowlęta 240-280 ml
- dzieci 450-650 ml
- dorośli 1450-1600 ml

Pytanie 2,dot. pakiet nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści resuscytatory silikonowe wielorazowego użytku;

- wyposażone w zastawkę wyrównawczą (przy 40cm H₂O)
- łączniki według standardów ISO;
- dostępne w 3 rozmiarach:

1. Noworodki skład:

Maska silikonowa #0/#1/#2

Zastawka pacjenta z zastawką wyrównawczą

Worek silikonowy o poj. 240ml

Zastawka w rezerwuare

Rezerwuar tlenowy o poj. 600ml

2. Dzieci skład:

Maska silikonowa #3

Zastawka pacjenta z zastawką wyrównawczą
worek silikonowy o poj. 500 ml

Zastawka w rezerwuarze

Rezerwuar tlenowy o poj. 2600ml

3. Dorośli skład:

Maska silikonowa #5

Zastawka pacjenta z zastawką wyrównawczą

Worek silikonowy o poj. 1600ml

Zastawka w rezerwuarze

Rezerwuar tlenowy o poj. 2600ml

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1 i 2

Co Zamawiający ma na myśli dołączając pod Pakietem informacje o kompatybilności resuscytatora ze sprzętem firmy Leardal? W jaki sposób Wykonawca ma ocenić czy oferowany produkt jest zgodny z posiadanym przez oddziały szpitalne sprzętem?

Odp. Kompatybilność elementów dotyczy zastawki oraz worka samorozprężalnego w zakresie średnic: zewnętrznej zastawki jednokierunkowej oraz wewnętrznej pierścienia worka w której montowana jest zastawka z zachowaniem pełnej szczelności. Dotyczy również elementów zużywalnych (zastawka i rezerwuar tlenu)

Objętość worków samorozprężalnych:

- noworodki 80-150 ml
- niemowlęta 240-280 ml
- dzieci 450-650 ml
- dorośli 1450-1600 ml