

Wałbrzych 23.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-32/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawy : ssaków mechanicznych, spirometru, stymulatora mięśni, łóżeczek niemowlęcych, stanowiska do reanimacji noworodka, ubrań stanowiskowych – Zp/35/PN-32/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżeczka niemowlęce z kołami o średnicy 100 mm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżeczka niemowlęce o wymiarach całkowitych: dł. 1640 mm, szer. 765 mm, wysokość 1480 mm i dopasowanym do niego materacem?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżeczka niemowlęce z regulacją wysokości w zakresie 550-820 mm?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżeczka niemowlęce z barierkami zabezpieczającymi o wysokości 840 mm?

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżeczka niemowlęce z uchwytem zewnętrznym, ale nie na całej szerokości wezgłowia i od strony nóg?

Odp. Tak