

Wałbrzych 25.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-32/09

### **Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawy : ssaków mechanicznych, spirometru, stymulatora mięśni, łóżeczek niemowlęcych, stanowiska do reanimacji noworodka, ubrań stanowiskowych – Zp/35/PN-32/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dot. pakiet nr 5**

Prosimy o zmianę zapisu następującego parametru : „zamocowana do stanowiska butla z tlenem i sprężonym powietrzem” na zapis: przepływomierz tlenu i powietrza montowany na szynie przy inkubatorze, z drenem oraz wtykami do instalacji gazowej będącej w Państwa szpitalu.

**Odp. Wymagane obie opcje zasilania w gazy.**

#### **Pytanie 2, dot. pakiet nr 5**

Czy wymagacie Państwo ssak noworodkowy przy stanowisku do reanimacji, jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to prosimy o podanie czy potrzebujecie ssak tlenowy czy próżniowy.

**Odp. Tak - próżniowy**

#### **Pytanie 3, dot. pakiet nr 5**

Prosimy o dopuszczenie możliwości regulacji temperatury w zakresie 34,5° - 37,5°C – co 0,1°C.

**Odp. Tak jeżeli dotyczy skóry pacjenta.**

#### **Pytanie 4, dot. pakiet nr 5**

Prosimy o dopuszczenie wymiarów modułu podnośnika elektrycznego w zakresie 170-186 cm.

**Odp. Tak**

#### **Pytanie 5, dot. pakiet nr 5**

Prosimy o wykreślenie zapisu „moduł ustawionej wysokości: 174,180,189”, ponieważ w inkubatorze z podnośnikiem elektrycznym regulacja jest płynna, w zależności od potrzeb personelu.

**Odp. Tak**

**Pytanie 6, dot. pakiet nr 5**

Prosimy o dopuszczenie głębokości inkubatora w zakresie 103-129 cm w zależności od wysokości i zamontowania akcesoriów.

**Odp. Tak**

**Wymagalny w osprzęcie stolika zestaw NEOPAFE do wentylacji w trakcie resuscytacji.**