

Wałbrzych 26.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/33/PN-31/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych – Zp/33/PN-31/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne w rozmiarze 14 lub 15 zamiast 14,5 cm?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe Pean w rozmiarze 16 cm zamiast 15 cm i 20 cm zamiast 19 cm?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną w rozm. 14 cm lub 16 cm?

Odp. 14 cm.

Pytanie 4, dot. pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycji 1 nożyczki mikrochirurgiczne o długości ostrza 11 mm, pozostałe warunki bez zmian

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 8, poz. 1 oraz 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki mikrochirurgiczne o długości 80 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki mikrochirurgiczne o długości ostrza 6 mm, długości całkowitej 8 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 7, dot. pakiet nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki mikrochirurgiczne o długości ostrza 6 mm, długości całkowitej 8 cm pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści imadło o długości całkowitej 11 cm?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga imadła z zamkiem?

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 9, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści sondę do dróg łzowych o rozmiarze: 0000 & 000?

Odp. Tak