

Wałbrzych 26.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-32/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na Dostawy : ssaków mechanicznych, spirometru, stymulatora mięśni, łóżeczek niemowlęcych, stanowiska do reanimacji noworodka, ubrań stanowiskowych – Zp/35/PN-32/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka niemowlęce o wymiarach całkowitych : dł. 1705 mm, szer. 785 mm, z regulacją wysokości w zakresie 600-850 mm oraz dopasowanym do łóżeczka materacem?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka niemowlęce wyposażone w dodatkowy ręczny uchwyt zewnętrzny na wysokości leża (od strony wezglowia i od strony nóg)?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka niemowlęce z barierkami zabezpieczającymi o wysokości 660 mm?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie wymiarów modułu podnośnika elektrycznego w zakresie 170-186 cm.

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka niemowlęce z materacem o wysokości 10 cm?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka niemowlęce z materacem o wysokości 12cm?

Odp. Nie