

Wałbrzych 26.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/34/PN-31/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : obłożenia nerek, obłożenia do elektroresekcji prostaty, elektrod grzybkowych i kabelków do elektrody, Zatyczki – kapturek zabezpieczający układ oddechowy, silikonowych masek resuscytacyjnych, worków oddechowych, jednorazowego układu oddechowego do nieinwazyjnego wspomagania oddychania , szklany butelek, jednorazowych smoczków i butelek z nakrętką – Zp/34/PN-31/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1,dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisów §9 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 2,dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.1) na następujący:

„0,1% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 3,dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 4,dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust. 2 na następujący:

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego sprzętu w granicach 20 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5,dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw na cito do 72 godzin.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 6,dot. pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia wykonanego z włókny trzyczarstwowej (wiskoza, polipropylen, polietylen), o składzie:

- serweta 320 x 180 cm z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką i prostokątnym otworem 22 x 15 cm,
- serweta na stół instrumentalny 160 x 90 cm?

Ww. obłożenie spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1,2,3, ale nie posiada uchwytów na kable i przewody. Czy wobec tego można zaoferować obłożenia wraz z taśmami medycznymi mocującymi w rozm. 50 x 10 cm lub 90 x 10 cm?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 1 klasy palności, gdyż powyższy parametr nie jest wymagany w normie „obłożeniowej” PN-EN 13795-1,2,3?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 7,dot. pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia o składzie:

- serweta 230 x 165 cm z przylepcami i kieszenią na płyny z kształtką i otworem 8cm,
- fartuch z lejem,
- fartuch F4 – XL?

Czy podane parametry włókny w obłożeniu (laminat dwuczarstwowy, gramatura, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na przenikanie cieczy) dotyczą części krytycznej?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia wykonanego z włókny dwuczarstwowej o parametrach wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku podłużnym 57,41N oraz wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym 34,42N (w obu przypadkach norma PN-EN 13795 wymaga > lub = 20N)?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 8,dot. pakiet nr 1 poz. 1

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie jednego z Wykonawców (odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 24.03.2010) prosimy o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi, iż Zamawiający dopuszcza Dos kładania ofert na serwety wykonane cyt. jak w pytaniu „ z trzyczarstwowej włókny o rozmiarze 260 cm x 320 cm z otworem Ø9 x 22 z uchwytem typu rzep na kable i przewody”, jednocześnie spełniając wszelkie pozostałe parametry opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 9,dot. pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka oddechowego o pojemności 0,5 litra z kołnierzem 15F?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 10,dot. pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe do resuscytacji z kołnierzem nadmuchiwany w rozmiarze : #3 Niemowlęta, #4 Dzieci, #5 Dorośli o parametrach:

- wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;
- wielorazowe,
- przezroczysta kopuła umożliwiająca kontrolę wzrokową;

- rozmiary oznaczone kolorami;
- łatwy demontaż i montaż
- wersja z miękkim kołnierzem zapewniającym dobre przyleganie do twarzy pacjenta;
- zastawka regulująca wypełnienie kołnierza?

Odp. Tak jak w SIWZ.