

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę odczynników, podłoży, krążków do mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatów w zakresie mikrobiologii, oraz wykonanie, uruchomienie i dzierżawa systemu informatycznego do systemu do obsługi pracowni mikrobiologii .

– Zp/23/PN-21/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt.1.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedkładania tłumaczeń dokumentów na język polski poświadczonych przez tłumacza przysięgłego? Dokumenty dołączone do oferty zostaną przetłumaczone na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.

Odp. Tak

Pyt. 2. Dotyczy zał. nr 3 projekt umowy §3 ust. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności dla kart/paneli od 4?7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?

Odp. Tak

Pyt.3. Dotyczy zał. nr 3 projekt umowy §4 ust. 5 i 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku awarii sprzętu informatycznego usunięcie usterki nastąpiło w ciągu 24 godz. od zgłoszenia awarii, zaś w przypadku awarii analizatora jego naprawa nastąpiła w ciągu 48 godz. zgłoszenia awarii?

Odp. Tak jeśli dostępna będzie konsultacja telefoniczna z serwisem również w soboty.

Pyt. 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na 30-dniowy termin płatności, liczony od daty wystawienia faktury, w odniesieniu do umowy dzierżawy? Przepisy odnoszące się do podatku VAT nie pozwalają na zastosowanie, w odniesieniu do usług dzierżawy, terminu płatności dłuższego niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Odp. Tak

1. Dotyczy parametrów granicznych zał. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niniejszą modyfikację : ? (...)

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

z dnia 20 kwietnia 2004r., bowiem niniejsza ustawa jest obowiązująca?

Odp. Tak

Pyt.5. Dot. pakietu nr 3 pkt. 11 (warunki graniczne Systemu Informatycznego:) czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z systemem operacyjnym Windows Server?

Odp. Zamawiający wymaga, aby wymieniony serwer w SIWZ posiadał system LINUX z dystrybucją serwerową klasy Redhat.

Pyt. 6. Dot. pakietu nr 3 pkt 32 (warunki graniczne Systemu Informatycznego:)

Jeżeli Zamawiający nie dopuści serwera z systemem operacyjnym Windows Server - to czy odstąpi od wymogu przeniesienia danych z obecnego programu mikrobiologicznego?

Odp. Zamawiający wymaga przeniesienia minimum podstawowych danych pacjenta i badań.

Pyt. 7 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści komputery stacji roboczych z innym chipsetem z pamięciami DDR2 ,

o parametrach wystarczających do obsługi programu mikrobiologicznego lub czym uzasadni wymogi dotyczące parametrów stacji roboczych wyszczególnionych w SIWZ.

Odp. Zamawiający wymaga, aby minimalne parametry stacji roboczych były jak w SIWZ.

Pyt. 8 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża MacConkey z dodatkiem fioletu krystalicznego?

Odp. Tak

Pyt. 9 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża chromogenne były transparentne, co ułatwia odczyt?

Odp. Tak

Pyt. 10 dot. pakietu nr 2:

W ofercie Wykonawcy znajdują się testy o różnych składach antybiogramowych. Różnice w składach mają umożliwić użytkownikowi zamówienie testów najbardziej dostosowanych do potrzeb Szpitala. Wszystkie testy mają tę samą cenę (wyszczególnioną w przykładowym teście, który zostanie wymieniony w formularzu cenowym). Czy wobec tego Zamawiający dopuści umieszczenie

w formularzu cenowym przykładowych rodzajów testów, a reszta jako załącznik w postaci wykazu?

Odp. Tak

Pyt. 11 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach 29 i 31 testów do posiadanego na własność systemu miniApi?

Odp. Tak- jeżeli oferent nie posiada testów do miniAPI, musi zaoferować i wstawić inny system do wykonania jego testów.

Pyt. 12 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wśród parametrów wymaganych od analizatora działającego jako system

zamknięty i w pełni zautomatyzowany, prócz funkcji wymienionych w poz. 2 warunków granicznych, wymaga również automatycznego napełniania testów i automatycznego usuwania testów po zakończonym odczycie we wnętrzu aparatu?

Odp. Nie

Pyt. 13 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga z uwagi na sytuację epidemiologiczną kraju, monitorowaną przez Krajowy Ośrodek ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, aby analizator oprócz wymienionych w pkt 27 mechanizmów oporności sugerował podejrzenie występowania AmpC, MBL oraz KPC? Czy Zamawiający wymaga, aby wykrywanie występowania ww. mechanizmów oporności było potwierdzone przez Wykonawcę wydrukiem komputerowym z przykładowego raportu analizy wyników?

Odp. Nie

Pyt. 14 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby system mikrobiologiczny do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów opierał się o testy nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników?

Odp. Nie

Pyt. 15 dot. pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby System Expertowy działał w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inaczej niż system oparty o proste reguły oporności?

Odp. Nie

Pyt. 16 dot. pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby E-testy pochodziły od jednego producenta?

Odp. Nie, ale pakiet musi realizować jeden oferent.

Pyt. 17 dot. pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby E-testy w pozycjach od 1 do 7 były pakowane w gąbki, które umożliwiają przechowywanie w temperaturze pokojowej, a w pozycji 8 w blistrach?

Odp. Nie

Pyt. 18 dot. pakietu nr 5:

Czy Zamawiający może określić wartość stężenia antybiotyku dla pozycji: 1. Benzylpenicil, 2. Cefotaxim i 3. Ceftriaxon - 256 czy 32?

Odp. Nie

Pyt. 19 dot. pakietu nr 5:

Czy Zamawiający określi rodzaj antybiotyku dla pozycji 8. E-test ESBL:

Cefotaxym/Cefotaxym+kw. Klawulanowy, czy Cefepim/Cefepim+kw. klawulanowy, czy Ceftazydym/Ceftazydym+ kw. Klawulanowy?

Odp. Cefotaxym/Cefotaxym+kw.klawulanowy

Pyt. 20 dot. pakietu nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiększenie tabeli o pozycję sumującą pakiet 5, co pozwoli na wycenę pakietu jako całości?

Odp. Tak

Pyt. 21 dot. pakietu nr 2, tabela 2a, poz. 23,31

Czy Zamawiający zgodzi się na oznaczenie identyfikacji bakterii beztlenowych oraz *Neisseria* sp.

i *Haemophilus* sp. za pomocą testów manualnych, w postaci paneli opartych o minimum 29 cech biochemicznych?

Odp. Nie

Pyt. 22 dot. pakietu nr 2, tabela 2a, poz. 22

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów manualnych do oznaczenia lekowrażliwości bakterii beztlenowych?

Odp. Tak

Pyt. 23 dot. pakietu nr 1 Aparat do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pakietu 1 do odrębnego zadania, jeżeli oferent zobowiąże się podłączyć aparat do systemu informatycznego obsługującego pracownię mikrobiologiczną?

Odp. Nie.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*