

Wałbrzych 26.03.2010 r.

DZPZ-530-Zp/35/PN-32/09

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : ssaków mechanicznych, spirometru, stymulatora mięśni, łóżeczek niemowlęcych, stanowiska do reanimacji noworodka, ubrań stanowiskowych – Zp/35/PN-32/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka niemowlęce z 4 kołami jezdnyimi z indywidualną blokadą jazdy i obrotu o średnicy 100 mm, które nie powodują pogorszenia użyteczności łóżeczek?

**Odp. Tak**

**Pytanie 2, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lamelami?

**Odp. Tak**

**Pytanie 3, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko niemowlęce z wysokością leża od podłogi 74 cm?

**Odp. Tak**

**Pytanie 4, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżka dla dzieci o wymiarach leża 55 x 110 cm oraz wymiarami zewnętrznymi 69 x 136 cm?

**Odp. Nie**

**Pytanie 5, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający wymaga barierok bocznych, opuszczanych, które można ustawiając na dowolnej wysokości za pomocą sprężyny gazowej obsługiwanej pedałem nożnym – niedostępnym dla dzieci, całkowicie eliminującym ryzyko opuszczania barierok przez leżące dziecko, a wygodnym dla personelu medycznego?

**Odp. Tak**

**Pytanie 6, dot. pakiet nr 4**

Czy Zamawiający wymaga (w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów) pod oparciem pleców półki z elastycznego materiału, która zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem przez otwór powstały pomiędzy oparciem pleców a szczytem łóżka?

**Odp. Tak**

**Pytanie 7, dot. pakiet nr 5**

„Zamocowana do stanowiska butla z tlenem i sprężonym powietrzem”

Prosimy o doprecyzowanie w/w wymogu.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stanowiska do resuscytacji noworodka zapewniającego zasilanie w gazy medyczne tj. tlen i powietrze zarówno z centralnego, szpitalnego zasilania, jak i z butli (odpowiednio dla tlenu i powietrza)?

**Odp. Tak**

Czy biorąc pod uwagę powyższe, reduktory ciśnień, dla zasilania z butli – powinny być zintegrowane (wbudowane) w stanowisku do resuscytacji (inkubator otwarty)?

**Odp. Nie**

**Pytanie 8, dot. pakiet nr 5**

„Urządzenie grzewcze pod żelowym podkładem”

„ogrzewacz promiennikowy na podczerwień”

„odległość promiennika od materacyka do 68 cm,”

„możliwość przesuwania / obracania ogrzewacza promiennikowego w przypadku zdjęcia RTG”

Stanowiska do resuscytacji (inkubatory otwarte) dostępne na rynku można podzielić na dwie grupy:

- inkubatory starszej generacji z tradycyjnym odchylanym promiennikiem
- nowoczesne stanowiska – bez konieczności odchylania promiennika

Obecnie dostępne na rynku inkubatory otwarte z przeznaczeniem jako stanowiska do resuscytacji posiadają nieodchylane promienniki, o konstrukcji nie wymagającej dotykania (do części niesterylnej) i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i prowadzenia zabiegów przy pacjencie.

W przypadku najnowszych konstrukcji stanowisk do resuscytacji, a w szczególności ich elementu grzewczego, dostęp do noworodka oraz wykonywane wokół niego zabiegi są prostsze i nie ograniczone „zawieszonym” nad całą długością materacyka i grzejącym operatorem w głowę - promiennikiem.

Ponadto materiał użyty do konstrukcji elementu grzewczego stanowi kompozyt ceramiki oraz metalu, zapewniając nieporównywalnie dłuższą eksploatację (w stosunku do tradycyjnych - kwarcowych) oraz brak jakichkolwiek efektów ubocznych dla pacjenta.

Ponadto nowoczesna konstrukcja stanowiska, w szczególności konstrukcja elementu grzewczego, pozwala stosować leże i materacyk pacjenta bez konieczności dodatkowego podgrzewania pod materacykiem.

Biorąc pod uwagę powyższe,

Czy Zamawiający zgodzi się na:

- a) rozszerzenie zapisów SIWZ i wprowadzenie jako wymogu – nieodchylanego promiennika, zapewniającego jednolite ogrzewanie pacjenta i poła wokół niego bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł grzania (np. żelowych podkładek) oraz definiowania odległości od grzejnika do materacyka,

**Odp. Tak**

- b) wprowadzenie źródła grzejnego typu kompozyt ceramiki oraz metalu, alternatywnie dopuszczenia takiego rozwiązania

**Odp. Tak**

**Pytanie 9, dot. pakiet nr 5**

„ustawienie łóżeczka w różnych pozycjach”

Zamawiający nie określił w SIWZ przedziału nastaw pochylenia materacyka.

Pragniemy zaznaczyć, że stopień pochylenia materacyka jest niezwykle istotny m.in. dla przypadków: terapii przepukliny przeponowej, rozwarstwieniach brzusznych. W praktyce klinicznej stosuje się pochylenia w zakresie  $\pm 12^\circ$ .

Biorąc pod uwagę powyższe, czy Zamawiający zdefiniuje i wprowadzi do specyfikacji stanowiska do resuscytacji noworodka regulację pochylenia materacyka realizowaną w sposób płynny, w zakresie  $\pm 12^\circ$ ?

**Odp. Tak**

**Pytanie 10, dot. pakiet nr 5**

„zasilanie prądem zmiennym 230 +/- 20 V AC 50/60 Hz”

Zgodnie z normami elektrycznymi przyjętymi dla krajów UE, urządzenia elektryczne zasilane prądem zmiennym powinny charakteryzować się następującymi parametrami pracy:

220-240 VAC, 50/60 Hz (dla 230 V  $\pm 10\%$ )

**Odp. Tak**

Czy Zamawiający określając wymagania elektryczne miał na myśli w/w przez nas zakresy?

**Odp. Tak**

**Pytanie 11, dot. pakiet nr 5**

„Wymiary :

- moduł podnośnika elektrycznego: 174 do 189 cm,

- moduł ustawionej wysokości: 174, 180, 189

**Szerokość :**

- 77 cm bez półek

**Głębokość:**

- 111 do 120 cm

Zależne od wysokości i zamontowanych akcesoriów”

Czy zdefiniowane przez Zamawiającego parametry fizyczne urządzenia należy traktować jako przybliżone (orientacyjne)?

## **Odp. Tak**

Definiując konkretne wartości wymiarów, Zamawiający ogranicza sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż różni producenci stosują inne rozwiązania konstrukcyjne zarówno jak chodzi o gabaryty oraz parametry sterowania np. wysokością położenia leża względem podłoża.

Pragniemy podkreślić, że jako jeden z czołowych producentów sprzętu do terapii i resuscytacji noworodka, dostarczamy wraz z nim wszystkie konieczne i niezbędne rozwiązania (odpowiednio do SIWZ) służące poprawie jakości opieki intensywnej oraz ergonomiczności i komfortu pracy personelu.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o rozszerzenie wymogów w w/w zakresie, tak aby Zamawiający miał możliwość wyboru spośród wielu Wykonawców, a w szczególności w zakresie regulacji wysokości leża, aby był spełniony warunek, bez względu na sposób jego realizacji.

### **Pytanie 12, dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„W przypadku wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia

w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od daty zgłoszenia, a ponadto dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy do czasu jej usunięcia”

zapisem:

„W przypadku wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia

w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od daty zgłoszenia, a ponadto dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia awarii do czasu jej usunięcia”

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**