

Wałbrzych 16.04.2010 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-35/10

Wykonawcy - wszyscy

Dostawy: ssaków mechanicznych, stymulatora mięśni, reduktorów tlenowych, łóżek szpitalnych, spirometru, regulatora ssania, lampy szczelinowej, spektralny tomograf oka – Zp/38/PN-35/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 7

Czy wyraża Państwo zgodę na lampę szczelinową zamontowaną na stoliku podnoszonym elektrycznie?

Odp. Tak.

Pytanie 2, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 lampę szczelinową bez dyfuzora zamontowaną na okulistycznym stoliku elektrycznym?

Odp. Nie.