

Wałbrzych 20.04.2010 r.

DZPZ-530-Zp/38/PN-35/10

Wykonawcy - wszyscy

Dostawy : ssaków mechanicznych, stymulatora mięśni, reduktorów tlenowych, łóżek szpitalnych, spirometru, regulatora ssania, lampy szczelinowej, spektralny tomograf oka – Zp/38/PN-35/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji wysokości?

Odp. Tak

Pytanie 2,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje łóżka z indywidualną, czy z centralną blokadą kół?

Odp. Oba

Pytanie 3,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą tworzywową, laminowaną, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?

Odp. Nie

Pytanie 4,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość 2130 mm, szerokość 950 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak

Pytanie 5,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość 2100 mm, szerokość 950 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak

Pytanie 6,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 900 mm, co nieznacznie odbiega od parametru oczekiwanego?

Odp. Nie

Pytanie 7,dot. pakietu nr 4

Czy przez relingi boczne i poręcze Zamawiający rozumie to samo? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie co rozumie przez relingi boczne?

Odp. Barrierki boczne

Pytanie 8,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na baseny, zamiast szuflady? Według wiedzy oferenta uchwyt w pełni spełnia swoją rolę.

Odp. Nie

Pytanie 9,dot. pakietu nr 4

Czy dopuścicie Państwo łóżka gdzie wszystkie funkcje są regulowane elektrycznie a łóżko ma leże wypełnione nowoczesnymi, łatwiejszymi w dezynfekcji lamelami i barierkami lakierowanymi w kolorze srebrnym?

Odp. Nie

Pytanie 10,dot. pakietu nr 4

Czy dopuścicie Państwo nowocześniejsze łóżko o wymiarach całkowitych 214x92 cm oraz leża 200x90 cm, gdyż wymiary te niewiele odbiegają od wymaganych a opis nie będzie wskazywał na jednego producenta?

Odp. Nie

Pytanie 11,dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny spirometr oparty na efekcie Dopplera z głowicą ultradźwiękową?

Odp. Nie

Pytanie 12,dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający może określić z jakimi programami statystycznymi ma pracować spirometr, w jakich typach formatów mają dane być eksportowane. Czy Zamawiający dopuści spirometr bez możliwości transmisji wyników do programów statystycznych?

Odp. Nie

Pytanie 13,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w kółka posiadające indywidualną blokadę wraz z funkcją jazdy na wprost?

Odp. Tak

Pytanie 14,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający rozumie pod pojęciem relingi boczne?

Odp. Barrierki boczne

Pytanie 15,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo?

Odp. Nie

Pytanie 16,dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia (część 4 – łóżka szpitalne) z 42 do 84 dni od daty zawarcia umowy? Jeżeli nie, to na jakie maksymalnie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp. Nie

Pytanie 17,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o stałej wysokości leża również 50(cm)?

Odp. Tak

Pytanie 18,dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w 4 koła bez centralnej blokady, z dwoma kołami z indywidualną blokadą ruchu?

Odp. Tak

Pytanie 19,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z segmentem nożnym bez ogranicznika materaca?

Odp. Nie

Pytanie 20,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o wymiarach mierzonych bez poręczy bocznych 873x2120 (mm) oraz z matercem o wymiarach 750x2000(mm)?

Odp. Nie

Pytanie 21,dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający przez zapis „relingi boczne opuszczane lub zdejmowane” rozumie poręcze boczne? Jeżeli tak to prosimy o Zamawiającego o sprecyzowanie ile sztuk łóżek ma być wyposażone w poręcze chromowane a ile w lakierowane proszkowo?

Odp. Do 10 łóżek zdejmowane chromowane. Do pozostałych nie potrzeba żadnych.

Pytanie 22,dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny regulator ssania spełniający następujące parametry:

- montowany na szynę typu modura. Wyposażony w mocownik szynowy aluminiowy dokręcany od spodu oraz dren próżniowy zbrojowy z końcówką wtykową do gniazda próżni;

Odp. Nie

- szybki i proste włączanie i regulowanie siły ssania poprzez poręczne, antypoślizgowe pokrętko umiejscowione na szczycie regulatora,

Odp. Tak

- wyposażony w wymienny filtry hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na regulator od spodu;

Odp. Nie

- wykonany z trwałego i lekkiego plastiku,

Odp. Tak

- wyposażony w duży czytelny manometr.

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający wymaga aby regulator wyposażony był w filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na regulator od spodu?

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

- przepływ 15l/min.

Odp. Tak

- płynna regulacja dozownika tlenu za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej części przepływomierza,

Odp. Tak

- tuba pomiarowa wykonana z trwałego (nietłukącego) materiału,

Odp. Tak

- przystosowany do gniazda tlenowego typu AGA (lub innego wg ustaleń),

Odp. Przystosowany do gniazda tlenowego typu AGA

- wyposażony w króciec schodkowy (z możliwością podłączenia nawilzacza),

Odp. Nie

- wyposażony w moczownik szynowy typu Modura

Odp. Nie

Pytanie 25,dot. pakietu nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z rozdzielczością poziomą 20 mikrometrów?

Odp. Tak

Pytanie 26,dot. pakietu nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat bez zintegrowanej funduskamery, lecz jako osobne urządzenie?

Odp. Nie

Pytanie 27,dot. pakietu nr 8, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zakres korekcji refrakcji pacjenta w zakresie -15D do +14 D?

Odp. Tak

Pytanie 28,dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie pojemników wielorazowych?

Odp. Dopuszcza

Pytanie 29,dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie przewodów giętkich bezpośrednio na stożek bez połączenia za pomocą tulei z nakrętką?

Odp. Dopuszcza