

Wałbrzych 08.02.2008r.

Wykonawcy wszyscy

w dniu 05.02.2008r. od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące Pakietu nr 17 o następującej treści :

- 1) Czy Zamawiający wymaga aby oferowane linie monitorujące miały nowoczesne rozwiązanie eliminujące zakłócenia , zawarte w konstrukcji przetwornika, co umożliwi rezygnację ze starszego rozwiązania wymagającego użycia dodatkowego eliminatora zakłóceń na linii „pacjent – przetwornik” i dodatkowo ponosiło za sobą wyższe koszty zakupu?
- 2) Czy linia monitorująca z przetwornikiem powinna składać się z :
 - 1 przetwornika ciśnień z kablem wodoszczelnym bezpinowym,
 - 1 drenika ciśnień 30cm,
 - 1 drenika ciśnień 120 cm,
 - 2 kraników trójdrożnych ,
 - 1 linii płuczącej.
- 3) Jakie urządzenia monitorujące posiada Zamawiający i do ilu stanowisk należy dostarczyć kable interfejsowe umożliwiające połączenie aparatury i przetwornika?

Odpowiedzi :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Pytanie nr 1. | - | nie wymaga |
| Pytanie nr 2 | - | tak |
| Pytanie nr 3 | - | stacja hemodynamiczna Maclab (lub równoważne) 2 stanowiska inwazyjnego monitorowania ciśnień. |