

Wałbrzych 13.03.2008 r.

DZPZ/31/AR/03/08

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do hemodializy, zestawów do dializy otrzewnowej, środków dezynfekcyjnych do dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatów do hemodializy, środków dezynfekcyjnych do linii przesyłowych centralnej dystrybucji koncentratu, soli do regeneracji wymienników jonowych w stacji uzdatniania wody.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr VII. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów poliamidowych o wymaganej w siwz powierzchni ?

Odp. Tak.

Pyt. – pakiet nr VIII. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poliamidowych hemofiltrów do hemodiafiltracji o wymaganej w siwz powierzchni ?

Odp. Tak.

Pyt. - pakiet nr XII. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty w pakiecie nr XII poz. 1 i 2 na zestawy dwukanałowe do hemodializy w rozmiarze 11 F dł. 15 cm lub 12 F dł. 15 cm.

Odp. Dopuszczamy -12 F, nie dopuszczamy - 11 F.

Pyt. – pakiet nr XIV. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie złożenia oferty w pakiecie nr XIV poz. 1 i 2 na cewniki dwukanałowe do hemodializy w rozmiarze 11 F dł. 15 cm lub 12 F dł. 15 cm.

Odp. Dopuszczamy -12 F, nie dopuszczamy - 11 F.

Pyt. Czy w pakiecie nr VI – dializatory – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów polisulfonowych o powierzchni 1,6 i 1,8 m² ?

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pakiecie nr VII – dializatory - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów polisulfonowych o powierzchni 2,2 m² ?

Odp. Tak.

Pyt. Czy w pakiecie nr VI – dializatory – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dializatorów sterylizowanych ETO ?

Odp. Tak.