

**Załącznik nr 1 do SIWZ****Pakiet nr 1****Wózek reanimacyjny- 1 szt. (Oddz. Pulmonologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wysokość 85 cm,</li><li>- Szerokość 75 cm,</li><li>- Głębokość 60 cm,</li><li>- Materiał: stal nierdzewna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych,</li><li>- Błat górny z bocznymi ściankami o wys. 6 cm., blat górny otoczony relingami</li><li>- Pod górnym blatem trzy szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny,</li><li>- Szerokość szuflad 45 cm., głębokość 60 cm.,</li><li>- Wysokość jednej szuflady 13 cm., wysokość dwóch pozostałych po 16 cm.,</li><li>- Podstawa najniższej szuflady przedłużona o półkę zajmującą pozostałą powierzchnię równą powierzchni górnego blatu. (szerokość 30cm, głębokość 60cm).</li><li>- Z boku wózka po jednej stronie dwie uchylne miski ze stali nierdzewnej, zdejmowane</li><li>- Z boku uchwyt na 2 litrową butlę tlenową oraz uchwyt na kroplówkę z regulacją wysokości</li><li>- Uchwyt na całej głębokości umieszczony po przeciwnej stronie niż miski umożliwiający zawieszenie worka na odpady,</li></ul> Duże kółka z blokadą.	SZT.	1				

**Pakiet nr 2****Stolik zabiegowy- 1szt. (Oddz. Pulmonologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	<p>Stolik zabiegowy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Górny blat wciśnięty tacowo, otoczony relingami, relingi na wys. 10cm; cztery koła samosterowne (2 z blokadą) śr. 14cm, nośność kółek 100kg; uchwyt worka na odpady z podstawą, ruchomy z możliwością zdejmowania. Szuflady: dwie na całej długości stolika;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1- wysokość 15cm z przegródkami;</li><li>2- 25cm bez przegródek;</li><li>3- 2 głębokie szuflady równej szerokości i wysokości 25cm</li></ul> <p>Długość stolika 67cm, szerokość stolika 45cm, wysokość bez kółek i relingów górnych ok. 65cm (powierzchnia użytkowa). Szuflady na prowadnicach na łożysku kulkowym.</p>	SZT.	1				

Pakiet nr 3

**Zlewozmywak ze stali nierdzewnej (Oddz. Pulmonologii, Izba Przyjęć C)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
Poz.1	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z obudową- na nóżkach ze stali nierdzewnej (Oddz. Pulmonologii); komory na stałe wglęzione w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesuwanymi i szafką z dnem; tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita-85,0cm; dł. całk. 140,0cm, szer. całk. 60,0cm; dł.ociekacza- 50,0cm (ociekacz po stronie do uzgodnienia). Odstęp między komorami 4,0cm.Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 40,0cm, dł. 40,0cm, gł. 25cm, obie komory jednakowe.	Szt.	1				
Poz.2	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, z obudową (do brudownika)- na nóżkach ze stali nierdzewnej. Komora na stałe wglębiona w blacie, obudowa wykonana również ze stali nierdzewnej, z drzwiami	Szt.	1				

Poz.3	<p>przesuwany i szafką z dnem, tylna ścianka zachodząca na ścianę pomieszczenia ponad komorami na wysokość 10,0cm. Wymiary zlewozmywaka z obudową: wysokość (bez ścianki nad komorami) całkowita- 85,0cm, długość całk. 140,0cm, szer.całk. 60,0cm, dł. ociekacza- 50,0cm (<u>ociekacz po stronie prawej lub lewej- do uzgodnienia</u>). Wymiary komory zlewozmywaka: szer. 52,0cm, dł. 80,0cm, gł. 40cm. <b>Odływ wody na wysokości 30cm od podłogi.</b></p> <p>Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią stojącą o wym. 1200 x 600 x 900mm, głębokość 500mm- do mycia i dezynfekcji termosów i pojemników transportowych. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH 18N9. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Komora o wymiarach (dł x szer. x wys.) w mm: 1000 x 400 x 500 (wymiary wewnętrzne). Stół z frontu wyposażony w maskownicę o wysokości 500mm, pozostała część stołu bez zabudowy. Stół</p>	Szt.	1				
-------	--	------	---	--	--	--	--

Poz.4	na nóżkach regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania stołu). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół z baterią i z otworem pod baterię sztorcową oraz z syfonem z tworzywa. Wymiary zewnętrzne: 1200 x 600 x 900.	Szt.	1				
-------	--	------	---	--	--	--	--

#### Pakiet nr 4

#### Wózek do transportu bielizny szpitalnej- 1 szt. (Oddz. Pulmonologiczny)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	<p>Wózek o wymiarach 960x600x1100 mm</p> <p>Wózek ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9</p> <p>Wózek mobilny na dużych kołach Ø100 mm w tym dwa z hamulcem.</p> <p>Kółka z wysokoodpornego tworzywa z niebrudzącymi oponkami.</p> <p>Przy kołach odbojniki .</p> <p>Podstawa wózka wypełniona w formie prętów do opierania się pełnych worków</p> <p>Wózek z uchwytami do prowadzenia z dwóch stron</p> <p>Pokrywy wózka ze stali kwasoodpornej zdejmowane ręcznie</p> <p>W komplecie 10 klipsów do mocowania worka oraz guma silikonowa na uchwytach worków.</p> <p>Wymiar pokryw 415x415 mm z uchwytem c.</p>	SZT.	1				

**Pakiet nr 5****Kozetka do badań lekarskich, trójsekcyjna – 3 szt. (Oddz. Pulmonologiczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Leże miękkie, tapicerowane, zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, kolor tapicerki zmywalnej do uzgodnienia stelaż ze stali nierdzewnej trójsekcyjna z regulacją zagłówka wymiary standardowe: 1950x650x700mm; na nóżkach regulowanych w zakresie 20mm, możliwość wypoziomowania kozetki.	SZT.	3				

**Pakiet nr 6****Stojak na odpady z pedałem- 4sz. (Oddz. Chorób Zakaźnych)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Stojak na odpady z pedałem- całkowita wysokość 950mm x szerokość 540mm x głębokość 470mm. Waga całości konstrukcji 5,3kg. Pokrywa ma się łatwo otwierać po naciśnięciu na pedał. Obejma na worki o objętości 120l. Stalowa konstrukcja, rury zakończone plastikowymi zaślepkami.	SZT.	4				

**Pakiet nr 7****Wózek inwalidzki- 1szt. (Oddz. Neurologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek inwalidzki -blokada kół dużych, -podpórki pod nogi regulowane z możliwością demontażu, -pas zabezpieczający na podudzia, -boczne oparcie wyjmowane, lub uchylane,	SZT.	1				

	-siedzisko z materiału łatwego do utrzymania w czystości, łatwo zmywalne, szerokość min. 49 cm, -rączki do prowadzenia wózka zaopatrzone w gumowe zabezpieczenia, -składany, -ogumienie kół pneumatyczne lub pełne, -powinien umożliwiać poruszanie się w pomieszczeniach i na zewnątrz, -szybkozłącze kół tylnych Stelaż wózka wykonany w całości ze stali nierdzewnej.						
--	--	--	--	--	--	--	--

**Pakiet nr 8**

**Wieszak- listwa ze stali nierdzewnej na kije do mopów- 1szt. (SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wieszak- listwa ze stali nierdzewnej na kije do mopów (do brudownika)- całkowita długość wieszaka 70cm, szerokość 8cm, haczyki w górnym szeregu co 10cm, haczyki w dolnym szeregu co 17,5cm, długość haczyka 4cm, odległość między brzegiem listwy i haczykiem 5cm, odległość między brzegiem listwy i haczykiem 20cm.	SZT.	1				



**Pakiet nr 9****Półka wisząca ze stali nierdzewnej- 1szt. (Zakł.Endoskopii Zabiegowej)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Półka wisząca ze stali nierdzewnej o wymiarach 800 x 200 x 300mm	SZT.	1				

**Pakiet nr 10****Tace metalowe ze stali nierdzewnej (Por. Chorób Zakaźnych dla Dzieci)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Taca 30 x 25cm	Szt.	3				
2.	Taca 45 x 35cm	Szt.	1				
3.	Taca 20 x 30cm	Szt.	2				

**Pakiet nr 11****Wózek pod defibrylator - (Oddz. Intensywnej Terapii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek pod defibrylator ze stali nierdzewnej: wysokość 85cm. Błat: gumowany gładki, głębokość 38cm, szerokość 45cm, rączka z przodu, długość słupka 5cm, średnica rurki 2cm. Podstawa: głębokość 51cm, szerokość 50cm. Rozstaw osi kół: głębokość 44cm, szerokość 47cm. Koła duże min. 12cm, z hamulcem 2szt. Pod blatem szuflada o wysokości 25cm.	SZT.	1				

**Pakiet nr 12****Balkonik z regulowaną wysokością (Oddz. Psychiatryczny, Kardiologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balkonik z regulacją wysokości podpory -regulacja wysokości podpory na przedramiona i uchwytów o metalowej konstrukcji	SZT.	2				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozmiary: długość 50 cm, szerokość 40 cm, regulacja wysokości od 76 cm do 126 cm</li> <li>- nośność 130 kg.</li> <li>- uchwyt rąk z regulacją wysokości i kąta nachylenia</li> <li>- na czterech kółkach jezdnych, zwrotnych, tylne kółka z blokadą</li> <li>- podpora tapicerowana z materiału zmywalnego kolor do ustalenia.</li> </ul>						
--	--	--	--	--	--	--	--

### Pakiet nr 13

#### Wózek do rozkładania i rozwożenia leków doustnych- 1szt. (SOR)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	stal nierdzewna, -wysokość 80 cm, -szerokość 40 cm, -głębokość 30 cm, -3 półki, w tym 2 półki z pokratkowanymi polami w których ustawia się kieliszki z lekami, -na każdej z półek kratownica, z tworzywa z 30 polami, pod kratownicą umieszcza się karteczki z nazwiskiem pacjenta, nazwą i dawką leku, -dolna półka wysuwana na rolkach, 15 cm poniżej górnej półki, -konieczna możliwość łatwego zdjęcia tacy z podłoża w razie konieczności ręcznego rozniesienia leków -otwarta półka na wysokości 45 cm od podłogi,	SZT.	1				

	-metalowa miska o średnicy 20 cm na brudne kieliszki, umocowana na ruchomym uchwycie, -kółka średniej wielkości, umożliwiające łatwe manewrowanie wózkiem między łózkami w salach chorych, -z jednej strony uchwyt umożliwiający przemieszczanie wózka.						
--	---	--	--	--	--	--	--

#### **Pakiet nr 14**

##### **Fotel do pobierania krwi- (Oddz. Neurologii Dziecięcej)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szkielety ze stali nierdzewnej. Regulacja wysokości siedzenia, bezszwowa tapicerka, trwała, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, po prawej i lewej stronie podpórki na ręce- z regulacją wysokości i ustawienia kąta.	SZT.	1				

#### **Pakiet nr 15**

##### **Szafa apteczna (Oddz. Pediatryczny)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szafa apteczna ze stali nierdzewnej, na nóżkach, wysoka łącznie z nóżkami 190cm, szeroka 80cm, głęboka 60cm; dwudrzwiowa, zamykana na klucz; 8 półek z możliwością regulacji.	SZT.	1				

**Pakiet nr 16****Wózek zabiegowy- 1szt. (AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej, wyposażony: w kółka 2 z blokada, stojak do płynów infuzyjnych, ewentualnie wysuwany, dodatkowy blat, uchwyt umożliwiający przewożenie. W całości z 3 szufladami przelotowymi o szerokości 90cm. Wymiary: wys. 100cm, gł. 50-60cm, szer.90cm.	SZT.	1				

**Pakiet nr 17****Suszarka nad zlewozmywak 1-komorowy do pomieszczenia gospodarczego- (SOR, AiIT, Pulmonologia)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
Poz.1.	<b>Suszarki wykonane ze stali kwasoodpornej.</b> <b>Wymiary podane są w cm.</b> 1. Listwy ścienne 2 szt. o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"><li>wysokość: 115 cm</li><li>szerokość: 3 cm</li><li>głębokość: 6 cm</li></ul> <hr/> 2. Rozstaw haczyków na listwach do zawieszania 2 suszarek – mierząc za każdym razem od krawędzi góry listwy – w dół na wysokości: 3 cm, 65 cm  Uwzględniona została 10 cm przerwa pomiędzy suszarkami.	Kpl	3				

<p>Razem 2 szt. suszarek na dwóch listwach.</p> <p>Kolejność zawieszania suszarek – obojętna</p> <p>Uchwyt na tacę-ociekacz po suszarką umożliwiającą wyjmowanie tacy od frontu.</p> <p><b>Suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• szerokość suszarki: 110 cm</li><li>• odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: <b>6</b> cm</li><li>• wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm</li><li>• głębokość dna: 40 cm</li><li>• wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm</li><li>• całkowita wysokość suszarki: 50 cm</li></ul> <hr/> <p><b>Suszarka z tacką-ociekaczem wody -1 szt.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• szerokość suszarki: 110 cm</li><li>• odstęp między prętami w suszarce w ścianie tylnej i dnie: <b>3</b> cm</li><li>• wysokość prętów w ścianie tylnej: 40 cm + zawieszenie 3 cm</li><li>• głębokość dna: 40 cm</li><li>• wysokość prętów w uchwycie na tacę-ociekacz pod dnem: 7 cm</li><li>• całkowita wysokość suszarki: 50 cm</li><li>• <b>Po każdym złożonym zamówieniu Wykonawca wykonuje projekt graficzny zamówienia i wysyła Zamawiającemu do zaakceptowania.</b></li></ul>							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Pakiet nr 18****Myjnia-dezynfektor do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i kaczek szpitalnych (Oddz. Kardiologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN 15883-1 i 3 posiadająca certyfikat CE z numerem notyfikacyjnym. Zasilanie elektryczne 230V, moc nie większa niż 3,5 kW. Przyłącze wody zimnej i ciepłej, odpływ do ścieku kanalizacyjnego. Urządzenie wiszące na ścianie, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 500x 500 x1400mm. Uchwyty wewnętrzne na drzwiach dostosowane do polskich basenów i kaczek szpitalnych, wykonanych z plastiku. Komora i obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Pojemność komory mycia: 1 basen+1 kaczka (razem) lub 3 kaczki (razem); minimum 3 programy mycia i dezynfekcji. Możliwość wyboru na panelu sterującym wymaganego programu. Dezynfekcja termiczna mytych przedmiotów. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi. Załadunek od przodu urządzenia- drzwi uchylane do dołu. Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną. Uszczelnienie labiryntowe drzwi, oczyszczane podczas procesu	SZT.	1				

<p>mycia. Mycie za pomocą dyszy rotacyjnej oraz dysz natryskowych. Blokada otwarcia drzwi podczas przebiegu procesu mycia i dezynfekcji oraz w przypadku zaniku wody lub zasilania elektrycznego. System schładzania naczyń sanitarnych po myciu- zdezynfekowaną wodą. Autodezynfekcja urządzenia- mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz. Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. Panel sterujący w języku polskim z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych procesów mycia i dezynfekcji. Wbudowana pompa dozująca środek odka mieniający. System kontroli dozowanego środka oraz zaworów podczas pracy urządzenia. Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem się wody zasilającej do instalacji.</p>						
---	--	--	--	--	--	--