

Wałbrzych 30.04.2010 r.

DZPZ-530-Zp/47/PN-42/09

## **Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : pojemników do badań histopatologicznych, worków stomijnych, czujników jednorazowych, nebulizatorów, worków oddechowych, odczynników do badań immunohistopatologicznych – Zp/47/PN-42/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie 1, dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.1) na następujący:

*„0,1% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.”*

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

### **Pytanie 2, dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

### **Pytanie 3, dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust. 2 na następujący:

*„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego sprzętu w granicach 20 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1.”*

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

### **Pytanie 4, dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw na cito do 72 godzin.

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

### **Pytanie 5, dot. wzoru umowy**

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisów §9 wzoru umowy lub o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny określonej w §2 pkt. 1 powiększonej o podatek VAT.

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

### **Pytanie 6, dot. wzoru umowy**

*„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”*

**Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.**

**Pytanie 7, dot. pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 35 ml w zamian za 30 ml?

**Odp. Tak**

**Pytanie 8, dot. pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 120 ml w zamian za 100 ml?

**Odp. Tak**

**Pytanie 9, dot. pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych o pojemności 250 ml w zamian za 200 ml?

**Odp. Tak**

**Pytanie 10, dot. pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści próbkę o pojemności 3 ml w zamian za pojemnik o pojemności 0,5 ml?

**Odp. Nie**