

Wałbrzych 06.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/48/PN-43/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę opakowań sterylizacyjnych – Zp/48/PN-43/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękaw folia – papier płaski w rozmiarze 350 mm x 200 m ?

Odp. Nie

Pytanie 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści rękaw folia – papier płaski w rozmiarze 400 mm x 200 m ?

Odp. Tak

Pytanie 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści włókninę sterylizacyjną niebieską w rozmiarze 137 x 137cm ?

Odp. Nie

Pytanie 4, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 30 x 50 cm ?

Odp. Tak

Pytanie 5, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 30 x 45 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 6, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści torebki papierowo - foliowe w rozmiarze 42 x 60 cm ?

Odp. Nie

Pytanie 7, poz. 1- 10

Czy Zamawiający dopuści do oferty certyfikatu zgodności z normami w zamian za oświadczenie w postaci protokołu zgodności z normami?

Odp. Tak jak w SIWZ