

Wałbrzych 07.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku–Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 18 poz. 1

Prosimy o wskazanie co Zamawiający rozumie przez zwrot „termoplastyczna”.

Odp. Włókniny produkowane techniką wodnego igłowania. Wyglądem zbliżone do tekstyliów, trwałe, odznaczające się wysoką wytrzymałością, dobrymi mechanicznymi i jednocześnie elastycznymi właściwościami, jak również wysoką chłonnością.

Pytanie 2, dot. pakiet nr 18 poz. 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycjach fartuchów zapinanych na troki?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 18 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji kompletu pościeli na zakładki?

Odp. Tak