

Wałbrzych 13.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku–Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 45

Czy Zamawiający w pozycji 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie staplera 33mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 do osobnego pakietu?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakiet nr 48

Czy zamawiający w pozycji 1 wyrazi zgodę na worek laparoskopowy samorozprężalny 10mm, worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciągnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar 6,4 cm x15 cm?

Odp. Wyrażamy zgodę na worki laparoskopowe samosprężalne wprowadzanych przez trokar 10mm, odrywanych od aplikatura po wprowadzeniu worka w pole operacyjne (nie blokujących portu), rozmiar 6,4 x 15 cm.

Pytanie 4, dot. pakiet nr 48

Czy zamawiający w pozycji 2 wyrazi zgodę na worek laparoskopowy samorozprężalny 15mm, worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciągnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar 13 cm x 23 cm?

Odp. Wyrażamy zgodę na worki laparoskopowe samosprężalne wprowadzanych przez trokar 10mm, odrywanych od aplikatura po wprowadzeniu worka w pole operacyjne (nie blokujących portu), rozmiar 13 x 23 cm.

Pytanie 5, dot. pakiet nr 18

Zwracamy się z prośbą sprecyzowanie opisu w poz. 3 Czy fartuch ma sterylny czy niesterylny.

Odp. Niesterylny

Pytanie 6, dot. pakiet nr 18

Zwracamy się o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wiązanego na troki.

Odp. Dopuszczamy

Pytanie 7, dot. pakiet nr 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 podkładu 140x240 cm..

Odp. Nie

Pytanie 8, dot. pakiet nr 18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu poz. 7

Odp. Nie