

Wałbrzych 17.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/54/PN-48/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi chirurgicznych – Zp/54/PN-48/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczną – prze Internet i załączone do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie Pakietów nr 4 i 5 wykaz dostaw dotyczących wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (materiały eksploatacyjne do aparatu do witrektomio, soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, oleje silikonowe i perfluorowęglowodowy?)

Odp. Nie

Pytanie 3

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia § 6, ust. 3 Umowy na następujące:

„3. W przypadku wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 4

Uprzejmie prosimy o zmianę brzmienia § 7, ust. 1 Umowy na następujące:

„1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:

- a) 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, bądź odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy.
- b) 0,1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wady.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji 1 nożyczek mikrochirurgicznych o długości ostrza 11 mm?

Odp. Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 w pozycji 2 nożyczek mikrochirurgicznych o długości ostrza 11 mm?

Odp. Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 1 nożyczek mikrochirurgicznych o długości całkowitej 8 cm i długości ostrza 6 mm?

Odp. Tak


Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 2 nożyczek mikrochirurgicznych o długości całkowitej 8 cm i długości ostrza 6 mm?

Odp. Tak

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 4 następującego trzonka do skalpela:



Odp. Nie

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 6 pensety o długości całkowitej 99,5 mm?

Odp. Tak

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 7 pensety o długości całkowitej 101,5 mm?

Odp. Tak

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 5 w pozycji 9 sondy do dróg łzowych w rozmiarze 0000/000?

Odp. Tak

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania kleszczyków naczyniowych typu PEAN o wielkości 16 cm zamiast 15 cm?

Odp. Tak

Pytanie 14

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §6 ust. 3 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 16

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1 lit. b z „0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 „ na „ „0,2 % wartości reklamowanego towaru” – w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wady?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do 17 szt. kleszczyków o długości 16 cm zamiast 15 zm? Pozostałe wymiary i warunki bez zmian.

Odp. Tak.

Pytanie 18, dot. pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający nożyczki o dł. 80 mm, dł. ostrza 5 mm, proste?

Odp. Nie

Pytanie 19, dot. pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający nożyczki o dł. 80 mm, dł. ostrza 5 mm, zakrzywione?

Odp. Nie

Pytanie 20, dot. pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. całkowitej 80 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. całkowitej 80 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 17 szt. kleszczyków naczyniowych Pean o dł. 16 cm zamiast 15 ? Standardowe kleszczyki Pean produkowane są w długościach co 2 cm a więc 14, 16, 18, 20 itd?

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie nożyczek mikrochirurgicznych typu Vannas o nazwie własnej Gills-Welsh, długość 85 mm i długość ostrza 11 mm?

Odp. Tak

Pytanie 24, dot. pakiet nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Pean o długości 14 cm?

Odp. Tak

Pytanie 25 dot. pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła o długości 12 cm lub 14 cm?

Odp. 14 cm

Pytanie 26, dot. pakiet nr 8, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Korcher o długości 14 cm?

Odp. Nie

Pytanie 27, dot. pakiet nr 8, poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali nierdzewnej i jednorazowego użytku.

Odp. Nie muszą być ze stali nierdzewnej , natomiast nie mogą być plastikowe.

Pytanie 28, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe typu Pean w rozmiarze 16 cm zamiast 15 cm i 20 cm zamiast 19 cm?

Odp. Tak

Pytanie 29, dot. pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną o długości 14 cm lub 16 cm?

Odp. Tak

Pytanie 30, dot. pakiet nr 1

Podano: Kleszczyki naczyniowe typu PEAN, wielkość 15 cm (17 szt).
Proponujemy wielkość 16 cm.

Odp. Tak

Pytanie 31, dot. pakiet nr 3

Podano: poz. 1. szczękorozwieracze pediatryczne typu Roser-König .
Proponujemy typ MOLT (MEDICON INSTRUMENTE). (załączamy rysunek)

Odp. Nie

Podano: poz. 2. szczękorozwieracze dla dorosłych typu Roser-König .
Proponujemy typ MOLT (MEDICON INSTRUMENTE).

Odp. Nie

Pytanie 32, dot. pakiet nr 4

Podano: poz. 1. nożyczki mikrochirurgiczne proste typu Vannas.
Proponujemy typ MOD TUBING

Odp. Tak

Podano: poz. 2. nożyczki mikrochirurgiczne zakrzywione typu Vannas.
Proponujemy typ MOD TUBINGEN

Odp. Tak

Pytanie 33, dot. pakiet nr 5

Podano: poz.1. długość całkowita narzędzia 8,2 cm.
Proponujemy długość całkowitą narzędzia 7,5 cm

Odp. Nie

Podano: poz. 2. długość całkowita narzędzia 8,2 cm.
Proponujemy długość całkowitą narzędzia 7,5 cm.

Odp. Nie

Poz. 8. Proponujemy model WILDER nr 60.34.81 # 1. (załączamy rysunek)
Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Tak

Poz. 9. Proponujemy model BOWMAN. Prosimy o wybór średnicy.
Załączamy rysunek.

Odp. 4/0 – 3/0

Pytanie 34, dot. pakiet nr 5

Podano: Pinceta chirurgiczna wielkość 15 cm.
Proponujemy wielkość 14,5 cm lub 16 cm. Prosimy o wybór.

Odp.16 cm