

DZPZ-530-Zp/53/PN-47/10

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, sztucznej opony, środka zatrzymującego krwawienie, kleju fibrynowego, wosku kostnego

– Zp/53/PN-47/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający, opierając się na aktualnym brzmieniu art. 144 ust 1 ustawy Pzp, zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto, w momencie zmiany obowiązującej w tym zakresie stawki VAT?

Odp. Nie. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 2, dot. § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
- 0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każde 6 godzin zwłoki w przypadku dostaw „na cito”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 3, dot. Pakietu 11, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nicią o długości 30cm (zamiast 20cm), z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 5,5 – 6,2mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

Pytanie 4, dot. Pakietu 11, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nicią o długości 30cm (zamiast 20cm), z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 5,5 – 6,2mm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

Pytanie 5, dot. Pakietu 11, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z nicią o długości 30cm (zamiast 13cm), z igłą podwójną o długości 5,51mm (zamiast 5mm), krzywiznie ½ koła, typu szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

Pytanie 6, dot. Pakietu 11 , poz. 4 – 6 (nić syntetyczna, pleciona, wchłaniająca się):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie ww. grupy z Pakietu 11.

Odp. Nie. Zamawiający nie wydziela ww. grupy z pakietu 11.

Pytanie 7, dot. Pakietu 11:

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania w tym pakiecie ofert na poszczególne grupy?

Odp. Nie.

Pytanie 8, dot. Pakietu 11, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew naturalny, pleciony, jedwabny, powlekany woskiem o długości 45cm (zamiast 30cm), grubości nitki 6/0 (zamiast 5/0) z igłą podwójną typu odwrotnie tnąca szpatuła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie.

Pytanie 9, dot. Pakietu 11, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew naturalny, pleciony, jedwabny bez powleczenia z igłą podwójną o długości 7,92 (zamiast 8-10mm) typu odwrotnie tnąca szpatuła, krzywiznie $\frac{1}{4}$ koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie.

Pytanie 10, dot. Pakietu 11, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew pleciony, poliestrowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie.

Pytanie 11, dot. Pakietu 11, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na szew z dwoma igłami prostymi o długości 16,15mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Tak.

Pyt. 12 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z pakietu nr 11 nici wchłaniające tj. poz. 4,5,6 do odrębnego zadania z ustaleniem odrębnej wielkości wadium?

Odp. Nie

Pyt. 13 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 15cm, z igłą o dł. 7,0mm

Odp. Tak

lub nić o dł. 15cm z igłą $\frac{3}{8}$ koła, przy spełnieniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odp.Nie

Pyt. 14 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 9/0 o gł. 15cm z igłą $\frac{3}{8}$ koła, przy spełnieniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odp.Nie

Pyt. 15 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 1/0 z igłą o dł. 4,0mm, przy spełnieniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odp. Nie

Pyt. 16 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 7 Zamawiający dopuści nić z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian - jest to inny rodzaj tej samej igły, czyli ostrej o którą chodzi Zamawiającemu.

Odp. Tak

Pyt. 17 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 9 Zamawiający dopuści nieć z igłą 3/8 koła – pozostała parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pyt. 18 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 9 Zamawiający dopuści nieć z igłą o dł. 6,0mm – pozostała parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pyt. 19 dot. pakietu nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 poz. 8 Zamawiający dopuści nieć z igłą typu „lancet” 3/8 lub ½ koła, , pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pyt.20 dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji dopuści w w/w pakiecie nieć syntetyczną, plecioną, zbudowaną z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach około 65%, po 8-11 około 50% wartości początkowej i czasie wchłaniania około 42 dni?

Odp. Nie.

Pyt. 21 dot. Pakietu 5, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmioty zamówienia tj. o określenie rodzaju igły?

Odp. Igła okrągła.

Pyt. 22 dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji dopuści w w/w pakiecie nieć syntetyczną, plecioną, zbudowaną z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach około 65%, po 8-11 około 50% wartości początkowej i czasie wchłaniania około 42 dni?

Odp. Nie.

Pyt. 23 dot. Pakietu 6, poz. 3

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji dopuści w w/w pozycji igłę o krzywiźnie ½ lub 3/8, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pyt. 24 dot. Pakietu 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji dopuści igłę odwrotnie tnącą zamiast tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

Uzasadnienie: jest to ten sam rodzaj igły używany zamiennie do szycia skóry.

Odp. Tak

Pyt. 25 dot. Pakietu 10, poz. 6

Czy Zamawiający w trosce o ochronę konkurencji dopuści w w/w pozycji igłę o długości 8 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. W pakiecie 10 nie istnieje poz. 6.

Pyt. 26 dot. Pakietu 11, poz. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmioty zamówienia tj. o określenie rodzaju i długości igły?

Odp. Igła prosta ostra lub prosta szpatałka o długości 16mm.

Pyt. 27 dot. pakietu nr 5 i pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici syntetycznych, plecionych, zbudowanych z kwasu poliglikolowego, o gwarantowanym czasie podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, wchłaniająca się do 42 dni od zaimplantowania?

Odp. Nie.

Pyt.28 dot. pakietu nr 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w pakiecie nr 6.

Odp. Nie

Pyt. 29 dotyczy pakietu nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 5 ze szwem z podwójną igłą lub z igłą pojedynczą ze szwem o długości 75 cm.

Odp. Tak, dopuszczamy obie możliwości.

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 8 z igłą okrągło-tnącą 30 mm.

Odp. Tak.

Pyt.30 dotyczy pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z klejem tkankowym jednoskładnikowym, Histoacryl

Odp. Nie.

Pyt. 31 dotyczy pakietu nr 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 7 z igłą 37 mm okrągłą wzmocnioną, tj. odporniejszą na złamania czy wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odp. Tak.

Pyt. 32 dotyczy pakietu nr 5 i 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty ze szwami syntetycznymi, plecionymi, powlekanyymi glikonatem z kwasu poliglikolowego o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 5 dniach i 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania, wchłaniającymi się około 42 dni. Zaproponowane szwy mają takie same wskazania i dają taki sam efekt końcowy co szwy opisane w siwz.

Odp. Tak.

Pyt. 33 dotyczy pakietu nr 7

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 6 i 7 ze szwem z podwójną igłą.

Odp. Tak.

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty w pozycji 1 ze szwem o długości 75 cm

Odp. Tak.

Pyt. 34 dotyczy pakietu nr 10

Czy w/w pakiecie Zamawiający wymaga wosku kostnego z mieszaniny wosku pszczelego i wazeliny.

Odp. Tak.

Pyt. 35 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 10 wosku kostnego 3 składnikowego: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu?

Odp. Nie.

Pyt. 36 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje §2 pkt. 2 umowy na: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadczenia, że w stosunku do zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20% wartości umowy?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pyt.37 dot. pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sztuczną oponę, poliuretanowa, niewchłaniana do uzupełnienia ubytków opony twardej w wymiarach 4cm x 5cm?

Odp. Tak

Pyt. 38 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 5 szew zbudowany na bazie kwasu poliglikolowego, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Tak.

Pyt. 39 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 8 poz. od 1 do 11 szew posiadający igłę odwrotnie tnącą oprócz wymaganej tnącej?

UZASADNIENIE: Jest to ten sam typ igły używany w tych samych zabiegach, posiadająca te same parametry.

Odp. Tak.

Pyt. 40 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji zgodzi się na wyłączenie z Pakietu 8 pozycji 1 do odrębnego pakietu, ze względu na fakt, iż jest to bardzo specyficzny rodzaj szwu przez co mocno ogranicza wybór Zamawiającemu, a tym samym może w znaczący sposób wpłynąć na możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego.

Odp. Nie.

Pyt. 41 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 9 poz.3 również szew posiadający igłę o długości 30mm?

Odp. Nie

Pyt. 42 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 11 poz.1 również szew posiadający igłę o długości 5mm?

Odp. Tak

Pyt. 43 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 11 poz.2 również szew posiadający igłę o krzywiznie koła 3/8 i rozmiarze igły 5mm?

Odp. Nie

Pyt. 44 dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 11 poz.6 również szew posiadający igłę o długości 8mm, pomimo przyjętej tolerancji?

Odp. Tak.

Dyrektor Szpitala
Mariola Dudziak