

Wałbrzych 20.05.2010r

DZPZ-530-Zp/50/PN-45/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/50/PN-45/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie w pakiecie V dializatorów z błoną syntetyczną polieterosulfonową o pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ ?

Odp. Zamawiający **dopuszcza** złożenie oferty w pakiecie V na dializatory z błoną syntetyczną polieterosulfonową o pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ.