

Wałbrzych 24.05.2010r

DZPZ-530-Zp/50/PN-45/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do hemodializy oraz zestawów do dializy otrzewnowej – Zp/50/PN-45/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. Dotyczy pakietu nr 12

1) Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 zestaw dwukanałowy do hemodializy z ramionami prostymi w rozmiarze 12 Fr i długości 16 cm oraz w pozycji nr 2 zestaw dwukanałowy do dializy z ramionami zakrzywionymi w rozmiarze 12Fr i długości 16 cm?

Odp. Tak.

2) Czy Zamawiający dopuści zestawy dwukanałowe do hemodializy w rozmiarze 11 F i długości 15 cm ?

Odp. Tak.

Pyt. Dotyczy pakietu nr 14

1) Czy Zamawiający dopuści w obu pozycjach opisane cewniki dwukanałowe do hemodializy w rozmiarze 12 Fr i długości 16 cm wraz z zestawem wprowadzającym?

Odp. Tak.

2) Czy Zamawiający dopuści cewniki dwukanałowe do hemodializy w rozmiarze 11 F i długości 15 cm ?

Odp. Tak.

Pyt. Dotyczy wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisów §9 wzoru umowy lub o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny określonej w §2 pkt. 1 umowy, powiększonej o podatek VAT.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 % na 5 % ceny określonej w §2 pkt. 1 umowy, powiększonej o podatek VAT.

Pyt. Dotyczy wzoru umowy:

1) Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 1.1) na następujący:

„0,1% wartości niewykonanej części dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru.”

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku zwłoki w dostawie „na cito”.

2) Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3) Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”

4) Zwracamy się z prośbą o zmianę §2 ust. 2 na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę pod warunkiem, że zmniejszenie nie będzie przekraczało 20% wartości umowy.”

5) Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw na cito do 72 godzin.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.