

Wałbrzych 27.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku-Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 4 poz. 1-7

W związku z Art. 30 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), mówiącym o tym, iż cyt. „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem **Polskich Norm** przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy” prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie winny być w pełni zgodne z normą PN-EN ISO 10555-5, dotyczącą „Jałowych cewników wewnątrznaczyniowych do jednorazowego użytku”

Odp. Tak jak w SIWZ.

Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy PZP oferowane kaniule z portem bocznym, zgodnie z pkt. 4.2 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5, powinny być wykrywalne radiologicznie, a jeżeli tak, to czy oferowane kaniule winny posiadać minimum 4 wtopione w ścianki kaniuli paski kontrastujące w promieniach RTG ?

Odp. Tak

Czy oferowane kaniule dożylnie z portem bocznym winny posiadać koreczek zabezpieczający, z trzpieniem położonym poniżej krawędzi korka, kolorystyczne oznaczenie widoczne poprzez opakowanie, zgodne z międzynarodowym kodem rozmiarów oraz elastyczne skrzydełka stabilizujące ?

Odp. Wskazane

Czy oferowane kaniule dożylnie z portem bocznym, ze względu na jednorodną technikę wkłucia oraz różne u różnych producentów cechy materiałowo-użytkowe samej kaniuli winny być tego samego producenta ?

Odp. Wskazane, ale nie wymagane

Czy minimalny, wymagany przepływ w oferowanych kaniulach z portem bocznym, zgodnie z pkt. 4.4.5. PN-EN ISO 10555-5 winien być adekwatny do długości i średnic kaniul oraz winien mieścić się w przedziale od min. 22 ml/min dla kaniuli 24G do min. 340 ml/min dla kaniuli 14G ?

Odp. Winien być adekwatny do długości i średnic kaniul

Pytanie 2, dot. pakiet nr 4 poz. 8-9

Czy kaniule pediatryczne bez portu bocznego, winny posiadać minimalny przepływ na poziomie 13ml/min oraz winny być pakowane w opakowania typu „tyvek”, co zwiększa maksymalnie aseptyczne bezpieczeństwo ich użytkowania i przechowywania ?

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 4 poz. 10 i 12

Czy oferowane kraniki trójdrożne, ze względu na „zamknięty” kształt, a tym samym niższą skuteczność procesu degazacji, winny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odp. Niekonieczne

Pytanie 4, dot. pakiet nr 4 poz. 11

Czy koreczki do kaniul, ze względu na aseptykę użytkowania oraz małe kształty winny posiadać trzpień wewnętrzny, zabezpieczający światło kaniuli, położony poniżej krawędzi korka ?

Odp. Wskazane

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2 poz. 1-4

Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zgodnie z PN-EN ISO 7886 „Jalowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku” oferowane strzykawki powinny posiadać trwale oznaczoną skalę pomiarową, o dokładności adekwatnej do swojej pojemności, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb klinicznych, a tym samym znacznie obniża koszty ich użytkowania ?

Odp. Tak

Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny charakteryzować się barwnym (zielonym, niebieskim, itp. - nieprzeziernym), kontrastującym, idealnie szczelnym tłokiem, co ułatwia wizualizację i precyzyjną podaż leków ?

Odp. Nie konieczne

Czy oferowane strzykawki winny być tego samego producenta oraz winny być pakowane w wyraźnie oznaczone rozmiarem kartoniki zbiorcze, w ilościach zgodnych z zapisami siwz ?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do składania ofert na strzykawki o poj. 3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz ?

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 2 poz. 9-12

Czy Zamawiający opisując strzykawki luer-lock ma na myśli strzykawki trzyczęściowe z uszczelnieniem ?

Odp. Tak

Jeżeli tak, to czy uszczelnienie strzykawki ze względu na możliwe interakcje z niektórymi grupami leków winno być wykonane z bezlateksowego, syntetycznego materiału, zgodnego z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych) ?

Odp. Tak

Czy ze względu na ponadstandardowy okres użytkowania strzykawek z zakończeniem luer-lock oraz szczególnie wysoki wymóg poziomu szczelności oferowane strzykawki winny mieć wykonany tłok i cylinder z polipropylenu ?

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 19 poz. 1-15

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na rurki z mankietem niskociśnieniowym oznaczone numerem rozmiaru na rurce i opakowaniu oraz numerem serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym ?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymagając oznaczenia rurek „wyraźnymi czytnikami głębokości” ma na myśli czytniki nadrukowane wzdłuż rurki, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego ringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na rurki z mankietem niskociśnieniowym, wykonane ze specjalnej medycznej odmiany silikonowanego PCV, zachowujące pamięć kształtu w trakcie całego okresu użytkowania pakowane w standardowe opakowania folia-papier ?

Odp. Tak

Prosimy o określenie wymaganej średnicy mankietu uszczelniającego dla poszczególnych rozmiarów rurek.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 9, dot. pakiet nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w pozycji nr 2 dopuści dren tlenowy o długości 213cm ?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakiet nr 28

Za w pakiecie nr 28 w pozycji 3 zamawiający przez pomyłkę nie wpisał powierzchni filtracji min. 7 cm², a powinno być 700cm² ?

Odp. Powinno być 700 cm²

Pytanie 11, dot. pakiet nr 28

Czy w pakiecie nr 28 w pozycji 4 zamawiający dopuści wydajność nawilżania min 34mg/l 3Vt 250ml ?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 56

Czy zamawiający w pakiecie nr 56 pozycji nr 2 ma na myśli mankiet rurki niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy, o grubości mankietu ok. 50 mikronów ?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 13, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 1** dopuści rurkę z numerem serii znajdującym się na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 2** dopuści rurkę z nieprzezroczystym 15mm łącznikiem.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 15, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 2** wymaga aby rurki posiadały mankiet stożkowy o małej powierzchni przylegania do tchawicy

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 16, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści rurkę o następujących parametrach:

Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu – zamiast automatycznego systemu kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymującego ciśnienie, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznej światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrz tchawicznych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w Rtg na całej

długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa, rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 17, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 5** dopuści rurkę o następujących parametrach:

Rurka tracheostomijna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu – zamiast automatycznego systemu kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymującego ciśnienie, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty stały kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm – zamiast 5,0 do 10mm

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 18, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 6** dopuści rurkę o średnicy drenu do odsysania ok. 3mm, w całości widocznej w RTG

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 19, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 7** dopuści rurkę o następujących parametrach:

Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal – zamiast automatycznego systemu kontroli ciśnienia w mankiecie samoczynnie utrzymującego ciśnienie, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm – zamiast 5,0 do 10mm

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 20, dot. pakiet nr 56

Czy Zamawiający w **pozycji 8** dopuści cewnik o następujących parametrach:

Dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik o stałej sztywności z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem

rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, bez obrotowej zastawki dostępu cewnika do pacjenta i kapturka umożliwiającego wykonanie bronchoskopii do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiary: 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 21, dot. pakiet nr 1 poz. 1-8, pakiet nr 2 poz. 1-4, 9-12, pakiet nr 16 poz. 1, pakiet nr 31 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach, możliwości wyceny za opakowanie = 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. pakiet nr 1 poz. 1-8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach igieł typu luer lock, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakiet nr 2 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach, możliwości wyceny za opakowanie = 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Nie

Pytanie 24, dot. pakiet nr 2 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje w ww. pozycji strzykawek 50 ml typu luer, luer lock czy cewnikowych?

Odp. Luer lock

Pytanie 25, dot. pakiet nr 2 poz. 7,8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach, możliwości wyceny za opakowanie = 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Nie

Pytanie 26, dot. pakiet nr 12 poz. 1-7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zgłębników żołądkowych o dł. 1250 mm.

Odp. Tak

Pytanie 27, dot. pakiet nr 12 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji zgłębników żołądkowych o rozm. Ch 36, dł. 1500 mm.

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakiet nr 16 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji ostrzy wykonanych z wysokiej jakości stali węglowej, nierdzewnej.

Odp. Tak

Pytanie 29, dot. pakiet nr 17 poz. 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie długości drenów Redona tj. 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1700 mm, ze względu na różnicę w cenie w zależności od długości.

Odp. 700 mm

Pytanie 30, dot. pakiet nr 19 poz. 1-15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. rurek intubacyjnych, posiadających numer serii na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 31, dot. pakiet nr 25 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru oryginalnego.

Odp. Tak

Pytanie 32, dot. pakiet nr 27 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwość wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku braku możliwości przeliczania wymaganych ilości na pełne opakowania należy zaoferować ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku czy należy zaokrąglić ilość do pełnych opakowań.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Nie

Pytanie 33, dot. pakiet nr 29 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika o poj. 0,8 l.

Odp. Nie

Pytanie 34, dot. pakiet nr 29 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika o poj. 1 – 1,5 l.

Odp. Nie

Pytanie 35, dot. pakiet nr 33 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji kieliszków pakowanych po 70 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za 100 szt. i przeliczeniem wymaganych ilości.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Tak

Pytanie 36, dot. pakiet nr 34 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji pojemnika o poj. 100ml.

Odp. Tak

Pytanie 37, dot. pakiet nr 40 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji cewnika o rozm. CH 05/40 cm.

Odp. Nie