

Wałbrzych 27.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku–Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 23 po. 9-11 i 15,18, 20,21 co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści system konkurencyjny do opisanego w siwz pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? Jednocześnie proszę o wskazanie ilości stanowisk do doposażenia.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 3, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający w poz. 4-8 dopuści pojemniki, okrągłe, przezroczyste, ze skalą pomiarową, wyposażone w zaczep do mocowania, nie posiadające żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywie wkładów jednorazowych)?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-3 wkłady workowe o pojemności 1,2 i 3L uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki zapobiegającej wypływowi wydzieliny. Wkłady posiadają w pokrywie 2 króćce (próżnia, ssanie) o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów, nie posiadają otworów do pobierania próbek, co jest rozwiązaniem niewystępującym w nowoczesnych systemach jako stwarzające ryzyko kontaktu z odsysaną wydzieliną.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 5, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści uchwyty do wieszania na szynie z zaczepem mechanicznym?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 6, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści proszek zelujący w opakowaniach 4kg? Większe opakowania są zdecydowanie bardziej ekonomiczne a załączona miarka pozwala na precyzyjne odmierzenie ilości proszku?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 7, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 8, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający wymaga aby kanister wielorazowy nie posiadał żadnych dodatkowych przyłączy co umożliwia ich dokładniejszą sterylizację?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 9, dot. pakiet nr 23

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 10, dot. pakiet nr 51, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej do artroskopii kolana o rozmiarze 200 x 300 cm z taśmą lepłą i workiem do przechwytywania płynów?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 51, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni przylepnej, jednokomorowej o rozmiarze 30 cm x 32 cm?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 51, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na aparaturę o średnicy 85 cm?

Odp. Nie