

Wałbrzych 27.05.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku–Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1 poz. 1-8, pakiet nr 2 poz. 1-4, 7-8

Zwracamy się z zapytaniem czy możliwa jest zmiana jednostki miary ze sztuk na opakowaniach w przypadku artykułów, których ceny zwyczajowo podaje się w opakowaniach 100 sztuk. Jednostka miary opakowanie będzie przyjęta tylko do wyceny i odpowiednio przeliczona w celu możliwości podania cen zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z Informatorem Urzędu Zamówień publicznych z maja 2003r.). W przypadku, gdy cenę za sztukę mielibyśmy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku znacznie zawyżyłoby to ofertę.

W przypadku braku zgody na zmianę jednostki miary prosimy o podanie do ilu miejsc po przecinku można zaokrąglić cenę.

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki końcówką luer lock o pojemności 3 ml.

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową pozbawioną PCV o długości min 6 cm, filtrem płynu o wielkości oczek 15 um oraz z miejscem na dren po użyciu zestawu.

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 3 poz. 2

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową pozbawioną PCV o długości min 9 cm, filtrem płynu o wielkości oczek 200 um oraz z miejscem na dren po użyciu zestawu..

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kaniul w rozmiarze 20Gx32

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 6, dot. pakiet nr 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kaniul w rozmiarze 16Gx45

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 7, dot. pakiet nr 4 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie kaniul w rozmiarze 14Gx45

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 8, dot. pakiet nr 4 poz. 12

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści kranik z przedłużką bez dodatkowego portu?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakiet nr 12 poz. 1-6

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze Ch12-24 na długość 1200-1250mm?

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakiet nr 14 poz. 1-3

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia w rozmiarach Ch06-10 na długość 50mm?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 16 poz. 1, pakiet nr 18 poz. 9, pakiet nr 31 poz. 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zamianę jednostki miary ze sztuk na opakowania 100sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaproponowanych opakowań?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 25 poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie czy w opisie nie wkradła się pomyłka, czy zamawiający wymaga złożenia oferty na papier Delta w rozmiarze 60x30?

Odp. Papier Delta 112 x 110 x 30

Pytanie 13, dot. pakiet nr 25 poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na papier EKG w rozmiarze 130x25mm?

Odp. Tak

Pytanie 14, dot. pakiet nr 33 poz. 1

Zwracamy się zapytaniem, czy zamawiający dopuści zamianę jednostki miary ze sztuk na opakowanie wynoszące 80 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości zaproponowanych opakowań?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet nr 46 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania leków z otworem bocznym w rozmiarze 18G 1,2x40.

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakiet nr 3 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby komory kroplowe były wykonane z materiałów nie zawierających PVC, które zawierają szkodliwe ftalany? Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga dołączenia oświadczenia producenta?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga opakowań przyrządów typu folia-papier?

Odp. Nie

Pytanie 17, dot. pakiet nr 3 poz. 3,6

Czy przedłużacze do pomp infuzyjnych mają być wykonane z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów i czy w związku z tym zamawiający wymaga aby do oferty dołączono stosowne oświadczenie producenta?

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet nr 3 poz. 6

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy do pomp infuzyjnych w kolorze bursztynowym, które również stosowane są do leków światłoczułych.

Odp. Tak

Pytanie 19, dot. pakiet nr 4 poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 20, dot. pakiet nr 4 poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego o długości 32 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 21, dot. pakiet nr 4 poz. 3

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego o długości 38 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 22, dot. pakiet nr 4 poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego o długości 45 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 23, dot. pakiet nr 4 poz. 5

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 24, dot. pakiet nr 4 poz. 6

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego o długości 45 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 25, dot. pakiet nr 4 poz. 7

Proszę o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną w miejsce filtra hydrofobowego

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 26, dot. pakiet nr 4 poz. 8,9

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 27, dot. pakiet nr 4 poz. 12

Czy przedłużacze w kranikach mają być wykonane z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów i czy w związku z tym zamawiający wymaga aby do oferty dołączono stosowne oświadczenie producenta?

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakiet nr 4 poz. 1-9

Czy w celu potwierdzenia jakości kaniul Zamawiający wymaga dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających ich biokompatybilność?

Odp. Nie

Czy kaniule mają pochodzić od jednego producenta?

Odp. Niekoniecznie

Pytanie 29, dot. pakiet nr 4 poz. 1-7

Czy kaniule mają posiadać minimum 4 paski widoczne w promieniach RTG gwarantujące szybkie wykrycie w przypadku oderwania cewnika?

Odp. Tak