

Wałbrzych 01.06.2010 r.

DZPZ-530-Zp/49/PN-44/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego użytku–Zp/49/PN-44/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. umowy

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odp. Zamawiający na wszystkie umowy podpisze jedną umowę.

Pytanie 2, dot. umowy

Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego pkt. 4 w artykule nr 8 Projektu Umowy o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 2% od wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Zamawiający nie modyfikuj projektu umowy

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1

Czy igły mają posiadać barwny kod kolorystycznych nasadek oraz barwne oznakowanie kolorystyczne rozmiaru na każdym opakowaniu jednostkowym igieł?

Odp. Tak

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej za op = 100 szt., z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Odp. Tak

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2 poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia – czy Zamawiający ma na myśli strzykawki dwuczęściowe?

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2 poz. 1-4

Czy strzykawki mają posiadać logo producenta na cylindrze? Tego typu rozwiązanie pozwoli na szybką i wiarygodną identyfikację strzykawki w pompie bez konieczności posiadania jej opakowanie jednostkowego.

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 2 poz. 1-4,7,8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny jednostkowej za op=100 szt. (jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości)

W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 2 poz. 5,6,9-12

Czy strzykawki mają posiadać logo producenta i typ strzykawki na cylindrze? Tego typu rozwiązanie pozwala na szybka i wiarygodną identyfikację strzykawki w pompie bez konieczności posiadania jej opakowanie jednostkowego.

Odp. Tak

Czy strzykawki mają być przeznaczone do przygotowania leków cytostatycznych potwierdzone stosowanym oświadczeniem producenta?

Odp. Tak

Pytanie 9, dot. pakiet nr 2 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie o pojemności 3 ml z końcówką Luer - Lock. w razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 ml z końcówką Luer.

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. pakiet nr 3 poz. 1,2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi i przetaczania płynów infuzyjnych pozbawionych ftalanów? Pragniemy nadmienić, iż to ftalany zawarte w PCV są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze.

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 4 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych wykonanych z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu) z zastawka antyzwrotną w komorze wypływu jako rozwiązanie równoważne do filtra hydrofobowego.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 12, dot. pakiet nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 20 G o standardowej długości 32 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 13, dot. pakiet nr 4 poz. 4,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o długości 45 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 14, dot. pakiet nr 4 poz. 7,8,9

Czy kaniula ma posiadać zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniul do naczynia?

Odp. Tak

Czy kaniule mają posiadać przepływ 13 ml/min?

Odp. Tak

Pytanie 15, dot. pakiet nr 4 poz. 10,12

Czy kaniula mają trójramiennie białe pokrętło z mechanizmem obrotowym zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45° w zakresie 360° co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawienie wartości płynów?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 16, dot. pakiet nr 4 poz. 12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużeniem około 7 cm z dodatkowym portem do iniekcji, sterylny, z optycznym i wyczuwalnym indykatoresm pozycji otwarty / zamknięty, o wytrzymałości poniżej 4 bar, ujścia zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakiet nr 4 poz. 13

Czy pod pojęciem korek do cewników Zamawiający ma na myśli zatyczkę do cewników z motylkowym uchwytem ułatwiającym manipulację?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 18, dot. pakiet nr 5 poz. 12-20

Czy cewniki mają być wyposażone w dodatkowe dwa otwory drenujące poza balonem co zwiększa drenaż - a w przypadku okluzji dwóch podstawowych otworów cewnik nadal jest drożny?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 19, dot. pakiet nr 8 poz. 6

Czy cewniki Pezzera mają posiadać trzy czy cztery otwory, zwiększające efektywność drenażu?

Odp. Tak

Pytanie 20, dot. pakiet nr 8 poz. 1-5

Czy cewniki moczowodowe mają być skalowane co 1 cm, ułatwiając precyzyjne umiejscowienie cewnika?

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakiet nr 8 poz. 1-5

Czy cewniki mają posiadać nylonowy mandryn, ułatwiający ich aplikację?

Odp. Tak

Pytanie 22, dot. pakiet nr 8 poz. 1-5

Czy cewniki mają posiadać kolorowe oznaczenie umożliwiające identyfikację strony, po której założony jest cewnik?

Odp. Tak

Pytanie 23, dot. pakiet nr 14

Czy cewniki do karmienia mają być wykonane z PCV nie zawierającego ftalanów z możliwością ich utrzymania do 4 tygodni? Substancje z tej grupy są silnie toksyczne, a ze względu na litofilność (powinowactwo do tłuszczów) cewniki zawierające ftalany już po 24 godzinach tracą swoje właściwości mechaniczne. Czy informacja o braku ftalanów oraz czasie stosowania ma być fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 24, dot. pakiet nr 17 poz. 1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów typu Ulmer ze zmienną średnicą otworów, zapewniających stałą skuteczność drenażu na całej długości perforacji.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 25, dot. pakiet nr 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z numerem serii na opakowaniu jednostkowym.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 26, dot. pakiet nr 19

Czy rurki intubacyjne mają posiadać zdejmowalny mleczny łącznik ISO 15 mm, czy ma być skalowana co 1 cm oraz posiadać logo producenta na korpusie rurki?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 27, dot. pakiet nr 19 poz. 1-7

Czy rurki bez mankietu mają posiadać czarny znacznik intubacji w postaci czarnego końca rurki?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 28, dot. pakiet nr 19 poz. 8-15

Czy rurki intubacyjne mają posiadać czarny znacznik intubacji w postaci całego pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 29, dot. pakiet nr 20

Czy rurka tracheotomijna ma posiadać w zestawie mocowanie rurki na rzep?

Odp. Nie

Pytanie 30, dot. pakiet nr 28 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra antybakteryjnego, sterylnego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem kapno, o wydajności nawilżania powyżej 31 mg H₂O przy Vt5000. Pragniemy nadmienić, iż norma ISO dotycząca filtrów mówi o nawilżaniu powyżej 30 mg H₂O, zatem zaoferowane przez nas filtry z normą ISO dotyczącą żadanego parametru.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 31, dot. pakiet nr 28 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci pakowanego osobno z karbowanym łącznikiem z wejściem do bronchoskopu.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 32, dot. pakiet nr 28 poz. 5

Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samo domykający się silikonowy port do odsysania położony między dwiema membranami?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 33, dot. pakiet nr 28 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika o regulowanej długości w zakresie 14-20 cm.

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 34, dot. pakiet nr 28 poz. 1-7

Czy wymiennik ciepła i wilgoci ma posiadać samo domykający się silikonowy port do odsysania położony między dwiema membranami?

Odp. Tak jak w SIWZ

Pytanie 34, dot. pakiet nr 28 poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie ww. pozycji z pakietu. państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz pozwoli rozszerzyć grupę potencjalnych wykonawców.

Odp. Nie

Pytanie 35, dot. pakiet nr 39

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu pozycji 6-7 oraz pozycji 15-17 do osobnego zadania, ze względu na stworzenie ważnej konkurencyjnej oferty, tym samym przyczynia się Państwo do zwiększenia grona potencjalnych wykonawców.

Odp. Nie

Pytanie 36, dot. pakiet nr 40 poz. 1-8

Czy cewniki do odsysania mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odp. Tak

Pytanie 37, dot. pakiet nr 55

Czy system do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać podłużne wzmocnienie drenu zapobiegające zaginaniu się drenu?

Odp. Wskazane

Pytanie 38, dot. pakiet nr 55

Czy system do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odp. Tak

Pytanie 39, dot. pakiet nr 40 poz. 1-9

Czy oferowane cewniki do odsysania winny posiadać kolorystyczne, zgodne z międzynarodowym kodem rozmiarów oznaczenie jak również oznaczenie numeryczne, zarówno na samym cewniku jak i opakowaniu jednostkowym i zbiorczym ?

Odp. Tak

Pytanie 40, dot. pakiet nr 40 poz. 1-9

Czy kolorystycznie oznaczone łączniki cewników winny posiadać wewnętrzne stopniowanie, co zapewnia szczelne połączenie cewników z różnego rodzaju zakończeniami stożkowymi drenów łączących /także gładkimi/ ?

Odp. Tak

Pytanie 41, dot. pakiet nr 55 poz. 1

Czy ze względu na wydłużony okres użytkowania (do 14 dni) system do godzinowej zbiórki moczu winien posiadać minimum jedną zastawkę antyrefluksyjną, położoną powyżej komory pomiarowej, w kierunku do cewnika Foleya ?

Odp. Tak

Pytanie 42, dot. pakiet nr 55 poz. 1

Czy ze względu na wydłużony okres użytkowania (do 14 dni) system do godzinowej zbiórki moczu winien posiadać rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające zaleganiu moczu oraz wyrównywanie poziomu ciśnień w systemie, w postaci co najmniej dwóch filtrów hydrofobowych umiejscowionych w worku zbiorczym i komorze pomiarowej oraz dwuświatłowego drenu odprowadzającego ?

Odp. Tak

Pytanie 43, dot. pakiet nr 8 poz. 6

Czy oferowane cewniki Pezzera winny posiadać długość min. 400mm, minimum dwa otwory przelewowe i winny być wykonane z miękkiego lateksu, lateksu silikonowanego lub innego materiału równoważnego ?

Odp. Tak

Pytanie 44, dot. pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników moczowodowych w rozmiarze 3,4,5,6 Fr bez oliwki, wykonanych z wykonanych z nylonu z końcówką zakrzywioną otwartą z dwoma oczkami drenującymi?

Odp. Tak

Czy końcówka cewnika ma być wykonana z silnie radioceniującego materiału – wolfram?

Odp. Tak

Czy Cewniki mają posiadać metalowy mandryn i łącznik do podania kontrastu?

Odp. Tak

Pytanie 45, dot. pakiet nr 22

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7,5 Fr?

Odp. Tak jaw w SIWZ

Pytanie 46, dot. pakiet nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dł.8 cm?

Odp. Tak jaw w SIWZ

Pytanie 47, dot. pakiet nr 22 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 3 Fr dł. 8 cm?

Odp. Tak jaw w SIWZ

Pytanie 48, dot. pakiet nr 22 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5 Fr?

Odp. Tak jaw w SIWZ

Pytanie 49, dot. pakiet nr 22 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 18 G?

Odp. Tak jaw w SIWZ

Pytanie 50, dot. pakiet nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 54 pozycji 3 i 5 – co umożliwi złożenie ofert innym wykonawcom?

Odp. Tak

Pytanie 51, dot. pakiet nr 54 poz. 1

Czy Zamawiający zrezygnuje z rozrywanej igły punkcyjnej?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi zamiast mandrylu prostującego cewnik – zdejmowalny element umieszczony na cewniku służący do bezpiecznego wyprostowania cewnika?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga aby łącznik do worka oprócz końcówki lejkowatej posiadał od strony cewnika obrotowy łącznik LL zabezpieczający dren odprowadzający mocz przed skręcaniem się (zastój cofanie się moczu) oraz minimalizujący ryzyko wysunięcia się cewnika?

Odp. Tak

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania zestawu z zaciskiem?

Odp. Tak

Pytanie 52, dot. pakiet nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający będzie wymagał aby cewnik do szynowania moczowodów miał oznaczony markerem koniec pęcherzowy?

Odp. Tak

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowanych zestaw był do utrzymania krótko czy długoterminowego u pacjenta?

Odp. Tak

Pytanie 53, dot. pakiet nr 54 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezpiecznego, atraumatycznego zestawu wprowadzanego techniką Selinger'a do płukania otrzewnej o następujących parametrach : igła wprowadzająca 18 G dł. 7 cm, prowadnica 038 inch dł. 40 cm, cewnik wykonany z radiocieniującego TFE 9,0 FR dł. 20 cm, 90 oczek drenujących.

Odp. Tak