

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

Wózek inwalidzki- 1szt. (Oddz. Neurologii)

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek inwalidzki -blokada kół dużych, -podpórki pod nogi regulowane z możliwością demontażu, -pas zabezpieczający na podudzia, -boczne oparcie wyjmowane, lub uchylane, -siedzisko z materiału łatwego do utrzymania w czystości, łatwo zmywalne, szerokość min. 49 cm, -rączki do prowadzenia wózka zaopatrzone w gumowe zabezpieczenia, -składany, -ogumienie kół pneumatyczne lub pełne, -powinien umożliwiać poruszanie się w pomieszczeniach i na zewnątrz, -szybkozłącze kół tylnych Stelaż wózka wykonany w całości ze stali nierdzewnej.	SZT.	1				

Pakiet nr 2**Balkonik z regulowaną wysokością (Oddz. Psychiatryczny, Kardiologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Balkonik z regulacją wysokości podpory -regulacja wysokości podpory na przedramiona i uchwyty o metalowej konstrukcji - rozmiary: długość 50 cm, szerokość 40 cm, regulacja wysokości od 76 cm do 126 cm - nośność 130 kg. - uchwyt rąk z regulacją wysokości i kąta nachylenia - na czterech kółkach jezdnych, zwrotnych, tylne kółka z blokadą - podpora tapicerowana z materiału zmywalnego kolor do ustalenia.	SZT.	2				

Pakiet nr 3**Wózek do rozkładania i rozwożenia leków doustnych- 1szt. (SOR)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	stal nierdzewna, -wysokość 80 cm, -szerokość 40 cm, -głębokość 30 cm, -3 półki, w tym 2 półki z pokratkowanymi polami w których ustawia się kieliszki z lekami, -na każdej z półek kratownicą, z tworzywa z 30 polami , pod kratownicą umieszcza się karteczki z nazwiskiem pacjenta, nazwą i dawką leku, -dolna półka wysuwana na rolkach, 15 cm poniżej górnej półki, -konieczna możliwość łatwego zdjęcia tacy z podłoża w razie konieczności ręcznego rozniesienia leków -otwarta półka na wysokości 45 cm od podłogi, -metalowa miska o średnicy 20 cm na brudne kieliszki, umocowana na ruchomym uchwycie, -kółka średniej wielkości, umożliwiające łatwe manewrowanie wózkiem między łózkami w salach chorych, -z jednej strony uchwyt umożliwiający przemieszczanie wózka.	SZT.	1				

Pakiet nr 4**Fotel do pobierania krwi- (Oddz. Neurologii Dziecięcej)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Szkielety ze stali nierdzewnej. Regulacja wysokości siedzenia, bezszwowa tapicerka, trwała, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, po prawej i lewej stronie podpórki na ręce- z regulacją wysokości i ustawienia kąta.	SZT.	1				

Pakiet nr 5**Wózek zabiegowy- 1szt. (AiIT)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Wózek zabiegowy ze stali kwasoodpornej, wyposażony: w kółka 2 z blokadą, stojak do płynów infuzyjnych, ewentualnie wysuwany, dodatkowy blat, uchwyt umożliwiający przewożenie. W całości z 3 szufladami przelotowymi o szerokości 90cm. Wymiary: wys. 100cm, gł. 50-60cm, szer.90cm.	SZT.	1				

Pakiet nr 6**Myjnia-dezynfektor do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i kaczek szpitalnych (Oddz. Kardiologii)**

Lp.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT
1.	Konstrukcja urządzenia zgodna z PN-EN 15883-1 i 3 posiadająca certyfikat CE z numerem notyfikacyjnym. Zasilanie elektryczne 230V, moc nie większa niż 3,5 kW. Przyłącze wody zimnej i ciepłej, odpływ do ścieku kanalizacyjnego. Urządzenie wiszące na ścianie, o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 500x 500 x1400mm. Uchwyty wewnętrzne na drzwiach dostosowane do polskich basenów i kaczek szpitalnych, wykonanych z plastiku. Komora i obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej. Pojemność komory mycia: 1 basen+1 kaczka (razem) lub 3 kaczki (razem); minimum 3 programy mycia i dezynfekcji. Możliwość wyboru na panelu sterującym wymaganego programu. Dezynfekcja termiczna mytych przedmiotów. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi. Załadunek od przodu urządzenia- drzwi uchylane do dołu. Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną	SZT.	1				

i akustyczna. Uszczelnienie labiryntowe drzwi, oczyszczane podczas procesu mycia. Mycie za pomocą dyszy rotacyjnej oraz dysz natryskowych. Blokada otwarcia drzwi podczas przebiegu procesu mycia i dezynfekcji oraz w przypadku zaniku wody lub zasilania elektrycznego. System schładzania naczyń sanitarnych po myciu- zdezynfekowaną wodą. Autodezynfekcja urządzenia- mycie i dezynfekcja termiczna komory, przewodów wodnych i dysz. Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. Panel sterujący w języku polskim z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych procesów mycia i dezynfekcji. Wbudowana pompa dozująca środek odka mieniający. System kontroli dozowanego środka oraz zaworów podczas pracy urządzenia. Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem się wody zasilającej do instalacji.						
--	--	--	--	--	--	--