

Wałbrzych 14.06.2010 r.

DZPZ-530-Zp/62/PN-56/09

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na materiałów dla potrzeb Oddziału Okulistycznego – Zp/62/PN-56/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. projektu umowy (załącznik 3a, 3b do SIWZ) :

Czy Zamawiający, opierając się na aktualnym brzmieniu art. 144 ust 1 ustawy Pzp, zgodzi się na wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto, w momencie zmiany obowiązującej w tym zakresie stawki VAT?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. § 4 ust. 7 projektu umowy (załącznik 3a do SIWZ):

Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jakościowych może być rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po otrzymaniu reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 4 ust. 7:

„Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego lub dostarczenia, na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru.”

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. projektu umowy (załącznik 3a, 3b do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie wymaganego terminu zapłaty, *sugerowany przez Wykonawcę to 30 dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury.*

Odp. 30 dni od otrzymania umowy.

Pytanie 4, dot. § 8 ust. 1 pkt 1) projektu umowy (załącznik 3a, 3b do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu dot. wysokości kar umownych wg poniższej propozycji:

„1) 0,2% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru lub za każde 4 godziny zwłoki w przypadku dostaw na cito”

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. § 9 ust. 1 projektu umowy (załącznik 3a, 3b do SIWZ):

W związku z koniecznością dołączenia do oferty wykazu wykonanych dostaw, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy **do 5%**

wartości ceny określonej w § 2 ust. 1 projektu umowy. Dołączony do oferty wykaz stanowi już swoiste zabezpieczenie interesów Zamawiającego przed nierzetelnym Wykonawcą, dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odp. Tak

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy (załącznik 3b do SIWZ):

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie z 24 **do 72 godzin** terminu uzupełnienia magazynu depozytowego zużytych implantów.*

Odp. Do 48 godzin.

Pytanie 7, dot. § 4 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 3b do SIWZ):

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu ważności dostarczanych implantów z 36 do **12 miesięcy od daty ważności**. Okres realizacji przedmiotowej umowy wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy, dlatego też nie widzimy konieczności dostarczania towaru z tak długą datą ważności.*

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. § 4 ust. 3 projektu umowy (załącznik 3b do SIWZ):

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia przedmiotu dostawy **do 5 dni roboczych od daty przekazania Zamówienia**.*

Odp. 48 godzin.

Pytanie 9, dot. projektu umowy (załącznik 3b do SIWZ):

*W związku z koniecznością stworzenia magazynu depozytowego wszystkich rodzajów implantów przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o **sprecyzowanie / dodanie** do obecnego brzemienia projektu umowy, poniższych zapisów uszczegółowiającymi zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:*

- 1. W terminie 5 dni roboczych od daty przekazania zamówienia, Zamawiający wymaga w zakresie oferty utworzenia magazynu depozytowego implantów.*
- 2. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: **Małgorzata Dziwoki***
- 3. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.*
- 4. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.*
- 5. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.*
- 6. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.*
- 7. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.*
- 8. W trosce o należyłą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki poczynsz od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.*
- 9. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny*

10. o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

Nie później niż 6 dni od daty ważności

11. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

12. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

13. Dwa razy w roku kalendarzowym, w czerwcu oraz grudniu Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

14. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

15. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 13 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

16. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 6.

Odp. Tak

Pytanie 10, dot. projektu umowy (załącznik 3a, 3b do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie / dopisanie do umowy / miejsca dostawy wymaganych materiałów oraz implantów.

Odp. Blok Operacyjny B

Pytanie 11, dot. Pakietu nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający pisząc: „system implantacyjny (indżektor + pętla)” miał na myśli *system implantacyjny (indżektor + pęseta)*?

Odp. Indżektor + pęseta

Pytanie 12, dot. pakietu nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści noże bez znaczników głębokości, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych warunków?

Odp. Nie

Pytanie 13

Czy Zamawiający mógłby wydzielić z Pakietu nr 2 poz. 4 do odrębnego zadania z ustaleniem nowej wartości wadium?

Odp. Nie

Pytanie 14, dot. pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści soczewkę jednoczęściową, hydrofilną o stopniu uwodnienia 26%, średnicy całkowitej 12,5 mm, dioptrażu od 10-30D (co 0,5D) – optyka dwuwypukła oraz od 0-9 D, (co 1D) – optyka wklęsła – wypukła; współczynniki refrakcji 1,46

Odp. Nie

Pytanie 15, dot. pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści soczewkę jednoczęściową, hydrofilną o stopniu uwodnienia 26% z filtrem światła niebieskiego, średnicy całkowitej 12,5 mm, dioptrażu od 10-30D (co 0,5D) – optyka dwuwypukła oraz od 0-9 D, (co 1D) – optyka wklęsło – wypukła; współczynniki refraktacji 1,46

Odp. Nie

Pytanie 16, dot. pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści soczewkę trzyczęściową hydrofobową silikonową o częściach haptycznych z PMMA o następujących parametrach:

- średnica optyczna 6,0 mm – **TAK**;
- średnica całkowita 12,0mm – **NIE**;
- angulacja 0° - **TAK**;
- współczynnik refrakcji 1,4 l – **NIE**;
- dioptraż od -6,0 D do +6,0 D oraz 32,0D do 36,0D z korkiem co 1,0D; 7,0 D do 31,0 D z korkiem co 0,5D - **NIE**;
- implantacja za pomocą pęsety – **TAK**.

Pytanie 17, dot. pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 i utworzenia odrębnego pakietu?

Odp. Nie

Pytanie 18, dot. formularza cenowego pakietu nr 1

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, czy w pozycji pierwszej należy zaoferować nóż tylko o kalibracji poprzecznej 2,75 mm?

Odp. Tak.