

Wykonawcy-wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej .
– Zp/64/PN-58/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dot. pak. nr 4- fotel do pobierania krwi

Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi, którego tapicerka jest bezszwowa, z wyjątkiem kilku miejsc (rogów fotela zaznaczonych na załączonym zdjęciu)? Szwy na rogach fotela nie będą miały żadnego znaczenia przy użytkowaniu fotela gdyż proponujemy fotel, którego cała tapicerka pokryta będzie zewnętrzną nylonową powłoką odporną na środki czyszczące i dezynfekujące oraz ułatwiającą utrzymanie fotela w czystości. Fotel spełnia wszystkie pozostałe parametry techniczne.

Odp. Tak

Pyt. 2 dot. pak. nr 6

Czy ze względu na brak ograniczeń architektonicznych wymuszających wysokość urządzenia 1400mm, szpital dopuści urządzenie o wysokości 1730mm?

Odp. Nie, tak jak w SIWZ.

Pyt. 3 dot. pak. nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach 600mm (szerokość) x 600mm (głębokość)?

Odp. Nie, tak jak w SIWZ

Pyt. 4 dot. pak. nr 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o łącznej mocy 3,9 kW? Cała moc urządzenia wynosi 3,9 kW- jest to suma mocy wynikająca ze zsumowania mocy grzałek (3 kW) oraz mocy pompy (0,9 kW). Technicznie nie jest możliwa jednoczesna praca grzałek i pompy z uwagi na zaprogramowaną wzajemną zależność obu mechanizmów.

Odp. Nie, tak jak w SIWZ

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr.inż. Andrzej Stążka*

