

Wykonawcy-wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę mebli i sprzętu medycznego ze stali nierdzewnej .
– Zp/64/PN-58/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1. dot. pak. nr 6- Myjnia dezynfektor

- 1) Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie będące wyrobem medycznym, posiadające atesty (CE) dopuszczające do obrotu na rynku?
- 2) Czy Zamawiający dopuści urządzenie stojące, z pokrywą otwieraną od góry za pomocą przycisku pozwalającego na nożne otwieranie i opróżnianiem grawitacyjnym naczyń?
- 3) Czy Zamawiający dopuści myjnię o zasilaniu jednofazowym?
- 4) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem segmentowym informującym o stanie pracy urządzenia?
- 5) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (sze.gł.wys.) 600/600/900mm?
- 6) Czy Zamawiający dopuści myjnię z opcją 1 kompleksowego programu, dostosowanego optymalnie do potrzeb Zamawiającego a sprawiający że urządzenie jest bardzo proste w obsłudze?
- 7) Czy Zamawiający wymaga aby komora podczas jednego cyklu pracy mieściła 6 naczyń (3 baseny i 3 kaczki lub ich kombinacja) takie rozwiązanie sprawia że myjnia jest tańsza w eksploatacji?
- 8) Czy Zamawiający wymaga myjni otwieranej od góry?

Odp. poz. 1 do 8: Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pyt. 2 dot. pak. nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty myjni-dezynfektora spełniającego wszystkie parametry wymagane obowiązującymi normami a zwłaszcza PN EN ISO 15 883-1 i 3 o wymiarach szerokość 500, głębokość 450, wysokość 1630, z praktycznie niezniszczalną paroszczelną uszczelką kauczukową drzwi komory myjącej, z systemami schładzania i suszenia naczyń sanitarnych („COOL and Dry” oraz „Airstream Ryder”), bez potrzeby używania do schładzania zdezynfekowanej wody spełniającej wszystkie pozostałe wymagania określone w tabeli dla pakietu nr 18 myjnia-dezynfektor do opróżniania, mycia i dezynfekcji basenów i kaczek szpitalnych (Oddział Kardiologii) „Asortyment szczegółowy”.

Odp. NIE, zgodnie z opisem w SIWZ.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr.inż. Andrzej Stążka*

