

Wykonawcy-wszyscy

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „dostawy implantów kręgosłupowych“
– Zp/55/PN-49/10*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy: Pakietu nr 20- Zestaw do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o następujących parametrach?

- Trokar do nakłucia trzonu
 - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G, 11G, 13G, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy- stożkowe i jednostronnie ścięte
 - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania
 - Strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu
 - W zestawie 40cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg
 - Cement o obniżonej lepkości, zawierający środek cieniujący o czasie tężenia powyżej 10 min- minimum 20g, przechowywany w temp. Pokojowej
 - Czas podawania cementu do 18 min, In vivo (37°)- do 10,2min
- Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt.2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym- 20g.

Odp. NIE

Pyt. 2 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie implantów niejałowych?

Odp. TAK

Pyt. 3 dot. pakietu nr 35

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawów niejałowych?

Odp. TAK

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr.inż. Andrzej Stążka*