

Wałbrzych 09.07.2010 r.

DZPZ-530-Zp/69/PN-62/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na protezy naczyniowe proste i rozwidlone + szwy naczyniowe – Zp/69/PN-62/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet 3 , poz. 1,2,3,4

Prosimy o odstąpienie od wymogu 3-krotnej resterylizacji z uwagi na to, iż: Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 poz. 896) wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użytku nie może być ponownie wprowadzony do obrotu i użytkowania, gdyż podmiot poddający wyrób reprocesingowi staje się wytwórcą tego wyrobu. Zamawiający zobowiązany jest resterylizować tylko i wyłącznie wyroby określone przez producenta do ponownego użycia zgodnie z określoną ilością resterylizacji oraz metodą mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie 2, dot. pakiet 3 , poz. 1,2,3,4

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości protez naczyniowych prostych ze zdejmowalnym zbrojeniem (na całej długości), gdzie zewnętrzna ściana protezy jest z PTFE natomiast wewnętrzna z PTFE z wbudowanym węglem (przeciwdziałanie wczesnej restenozy):
w rozmiarach:

poz. 2, 4: śred. 6mm, 7mm, 8mm - dł. 70cm,80cm;

poz. 1, 3: śred. 6mm-dł.40,50cm

poz.3: śred. 7mm, dł. 70cm,

poz.3: śred. 8mm, dł. 40cm, 50cm

Odp. Zgodnie z wymogami SIWZ