

DZPZ-530-Zp/76/PN-67/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego, sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zp/76/PN-67/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. - pakiet nr 1.

Czy w pakiecie nr 1 oferowane kaniule do żył obwodowych z portem bocznym ze względu na jednolitą technikę wkłucia muszą być tego samego producenta ?

Odp. Tak.

Pyt.

Czy w wypadkach wątpliwych Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności oferowanego wyrobu medycznego z wymaganiami siwz poprzez dosłanie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 2.

Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści igłę z ostrzem Quincke 22 G x 130 mm?

Odp. Tak.

Pyt. – pakiet nr 4.

Czy ze względu na wysoką wartość zamawianych wyrobów medycznych Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści możliwość złożenia oferty na zestawy do szynowania moczowodu wymienione w pozycji nr 2 osobno.

Odp. Zamawiający nie wydzieli z pakietu nr 4 pozycji nr 2.

Pyt.

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 1 – 9

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 22G 0,9x25mm o przepływie 31 ml/min.

Pyt. – pakiet nr 1 pozycja 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 20G 1,1x32mm o przepływie 54 ml/min.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 3

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 18G 1,3x45mm o przepływie 80 ml/min.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycji 4

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 16G 1,8x45mm o przepływie 180 ml/min.

Pyt. pakiet nr 1 pozycja 5

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 17G 1,5x45mm o przepływie 130 ml/min.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycji 6

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 14G 2,1x45mm o przepływie 280 ml/min.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 7

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24G 0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 9

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule typu neoflon 24G 0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 11

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu, aby korek posiadał trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi korka. Opis ten wskazuje na konkretnego wykonawcę. Większość producentów posiada koreczki, których trzpień zamykający światło kaniuli jest powyżej krawędzi korka.

Pyt. - pakiet nr 1 pozycja 12

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji odstąpi od wymogu, aby kranik trójdrożny z przedłużaczem miał dodatkowy port do iniekcji.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 2 - Pakiet specjalistyczny

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres asortymentowy w Pakiecie 2 zwracamy się z prośbą o wyłączenie z niego pozycji 1,2,3 i 4 oraz możliwość zaoferowania produktów równoważnych:

- w pozycji nr 1 zaoferowania cewnika 3-światłowego 7Fr, dł. 15-20cm, wykonanego z poliuretanu, w skład zestawu oprócz cewnika wchodzi igła punkcyjna, prowadnica Seldingera dł. 45-70 cm w aparacie umożliwiającym jej wprowadzenie, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, opakowanie pojedyncze, typu blister, sterylne;

- w pozycji nr 2 zaoferowanie cewnika 3-światłowego 7Fr, dł. 15-20cm, wykonanego z poliuretanu, z powłoką bakteriobójczą wykonaną z chlorheksydy i sulfadiazyny srebra, w skład zestawu oprócz cewnika wchodzi igła punkcyjna, prowadnica Seldingera dł. 60 cm w aparacie umożliwiającym jej wprowadzenie, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, opakowanie pojedyncze, typu blister, sterylne;

- w pozycji nr 3 zaoferowanie cewnika 3-światłowego 5,5 Fr, dł. 10-15, wykonanego z poliuretanu, w skład zestawu oprócz cewnika wchodzi igła punkcyjna, prowadnica Seldingera w aparacie umożliwiającym jej wprowadzenie, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, opakowanie pojedyncze, typu blister, sterylne;

- w pozycji nr 4 zaoferowanie cewnika 2-światłowego 4Fr, o dł. 10-15 cm wykonanego z poliuretanu, w skład zestawu oprócz cewnika wchodzi igła punkcyjna, prowadnica Seldingera w aparacie umożliwiającym jej wprowadzenie, rozszerzadło, dodatkowe skrzydełka mocujące, opakowanie pojedyncze, typu blister, sterylne.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. Projekt umowy.

1. Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:

„Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres 12 miesięcy.

Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku:

- Udokumentowanej zmiany cen przez Producenta,
- Zmiany średniego kursu Euro/ USD w NBP powyżej 3% w stosunku do średniego kursu Euro/USD z dnia podpisania umowy.”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu:
„Podstawę do zmiany cen jednostkowych brutto stanowią ewentualne zmiany w przepisach podatkowych związanych z przedmiotem umowy.”
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację **§ 2 pkt. 2** wzoru umowy na:
„Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia do **80% wartości umowy**, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.”
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację **§ 4 pkt. 3. b)** wzoru umowy na:
„dla zamówień na cito- **do 72 godzin**”
4. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 5 ust. 2 wzoru umowy.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację **§ 6 pkt. 2** wzoru umowy na:
„Dostawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nie uiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 pkt. 1.1) wzoru umowy na:
„0,2 % wartości niewykonanej **części** dostawy za każdy dzień zwłoki”
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pyt. – projekt umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat?

Pyt. – pakiet nr 5

1. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pakiecie w pozycji nr 3 ładunków z nożem do sztaplera prostego tnąco-szyszącego 60 mm, zszywki do tkanek grubych (zielony ładunek) z tolerancją zszywki 4,5 – 4,8 mm?

2. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w w/w pakiecie w pozycji nr 6 ładunków z nożem do sztaplera prostego tnąco-szyszącego 80 mm, zszywki do tkanek grubych (zielony ładunek) z tolerancją wysokości 4,5 – 4,8 mm.

Odp. Tak jak w SIWZ.