

DZPZ-530-Zp/76/PN-67/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy drobnego sprzętu medycznego, sprzętu medycznego jednorazowego użytku – Zp/76/PN-67/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. - pakiet nr 9

Ze względu na dużą różnorodność układów oddechowych dla dorosłych kompatybilnych z respiratorem Newport E 100 M zwracamy się prośbą o dokładniejsze określenie składu układu oddechowego – liczba rur, zakończenia, linie monitorujące, czy układ ma posiadać zastawkę wydechową, pułapkę wodną, itd. ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ – układ oddechowy do respiratora Newport E 100 M.

Pyt. - pakiet nr 9

W celu złożenia oferty odpowiadającej potrzebom Zamawiającego uprzejmie prosimy o uściślenie parametrów technicznych dot. układów oddechowych. Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy zawierał: dwie pułapki wodne, ramię wdechowe o długości 1,5 m oraz ramię wydechowe o długości 1,5 m i dodatkowe ramię o długości 0,5 m, posiadający część Y oraz dwie linie proksymalne.

Odp. Zgodnie ze SIWZ – układ oddechowy do respiratora Newport E 100 M.

Pyt. – projekt umowy.

Ze względu na długo planowany okres zawarcia umowy do powyższego postępowania prosimy o dopisanie możliwości zmiany ceny w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT lub opłat celnych.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pyt. - SIWZ

Firma B-vimed jest firmą założoną w oparciu o przedsiębiorstwo działające od 30 lat na rynku polskim i zagranicznym. Od 2 miesięcy B-Vimed stanowi rozszerzenie naszej działalności, a w związku z tym nie posiadamy dokumentacji, która by mogła potwierdzić wykaz dostaw lub referencji z wykonanych dostaw. Nasza firma jest stabilna finansowo jak również posiada personel z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w największych firmach działających na rynku medycznym. A zatem czy zamawiający dopuści na nie dołączenie wykazu dostaw i referencji w zamian za oświadczenie z opisem naszej sytuacji jak i dokumentacji potwierdzającej stan rzeczywisty (wypis z ewidencji)?

Odp. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane oraz zgodnie ze SIWZ - Rozdz. IV, V pkt. 3, X pkt. 9 Wykonawca przedstawić musi „wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie”.

Pyt. - pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści w pozycji pierwszej rozmiar staplera 55mm o wysokości zszywki 3,85mm? W efekcie chirurgicznym jest to różnica niezauważalna a pozwoli na przedstawienie ofert większej ilości firm co przyniesie znaczącą korzyść dla szpitala w postaci możliwości wyboru najbardziej atrakcyjnej z nich.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. - pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści ładunek bez noża (nóż jest stanowi integralną część staplera) o rozmiarze 55mm i wysokości zszywki 3,85? W efekcie chirurgicznym jest to różnica niezauważalna a pozwoli na przedstawienie ofert większej ilości firm co przyniesie znaczącą korzyść dla szpitala w postaci możliwości wyboru najbardziej atrakcyjnej z nich.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. - pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści ładunek bez noża (nóż jest stanowi integralną część staplera) o rozmiarze 55mm i wysokości zszywki 4,5mm? W efekcie chirurgicznym jest to różnica niezauważalna a pozwoli na przedstawienie ofert większej ilości firm co przyniesie znaczącą korzyść dla szpitala w postaci możliwości wyboru najbardziej atrakcyjnej z nich.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. - pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści w pozycji pierwszej rozmiar staplera 75mm o wysokości zszywki 3,85mm? W efekcie chirurgicznym jest to różnica niezauważalna a pozwoli na przedstawienie ofert większej ilości firm co przyniesie znaczącą korzyść dla szpitala w postaci możliwości wyboru najbardziej atrakcyjnej z nich.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. - pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści ładunek bez noża (nóż jest stanowi integralną część staplera) o rozmiarze 75mm i wysokości zszywki 3,85? W efekcie chirurgicznym jest to różnica niezauważalna a pozwoli na przedstawienie ofert większej ilości firm co przyniesie znaczącą korzyść dla szpitala w postaci możliwości wyboru najbardziej atrakcyjnej z nich.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. - pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści ładunek bez noża (nóż jest stanowi integralną część staplera) o rozmiarze 55mm i wysokości zszywki 4,5mm? W efekcie chirurgicznym jest to różnica niezauważalna a pozwoli na przedstawienie ofert większej ilości firm co przyniesie znaczącą korzyść dla szpitala w postaci możliwości wyboru najbardziej atrakcyjnej z nich.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości PTFE?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 33 ml?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 55 ml i długości 32 mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 85 ml ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 270 ml ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 18 ml ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 8 - 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z wysokiej jakości FEP ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pyt. – pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 10 ml ?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany (aneksowania) umowy w zakresie ceny, lub jej rozwiązania na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron - w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron nie przewidziały w chwili składania oferty, lub w dacie podpisywania umowy.

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy.

Pakiet nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 36ml/min., spełniających wszystkie pozostałe parametry.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 65ml/min. przy zachowaniu pozostałych parametrów?.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych o długości 32mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 95ml/min., przy zachowaniu pozostałych parametrów?.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych o długości 45mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 200ml/min., spełniających wszystkie pozostałe parametry.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych o długości 45mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 142ml/min., przy zachowaniu pozostałych parametrów?.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 305ml/min., spełniających wszystkie pozostałe parametry.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych o długości 45mm?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kaniul do żył obwodowych posiadających 3 paski RTG, przepływ 23ml/min., przy zachowaniu pozostałych parametrów?.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kranika trójdrożnego typu „Luer” z niezdejmowalnymi czynnikiem linii?

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kranika trójdrożnego o poniższych parametrach:

Kraniki trójdrożne znaczone kolorami (niebieski – krew żylna, czerwony – krew tętnicza)

Przejrzysta obudowa

Kraniki z końcówką Luer Lock (dostępna również końcówka obrotowa)

Wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)

Wykonane z poliwęglanu

Ciśnienie odpowiadające parametrom – do 4,5 bara (65 psi)

Obrót o 360°

Martwa przestrzeń 0,3g

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koreczka do kaniul z trzpieniem wewnętrznym znajdującym się powyżej krawędzi korka w opakowaniu typu Tyvek, przy zachowaniu pozostałych parametrów?.

Odp. Tak jak w SIWZ.

Pakiet nr 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły do punkcji mostka oraz do punkcji talerza biodrowego o regulowanej długości igły w zakresie 30-50mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, dopuszczamy.

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły do półautomatycznej biopsji o długości 16cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły do lokalizacji guzków mammograficznych o długości 8cm lub 12 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie dopuszczamy.