

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa używanych pojazdów do transportu pacjentów Szpitalnego Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ oraz Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

,

w ilości sztuk 4, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2003, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, co do których minimalne wymagania i parametry zostały określone poniżej.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Kody CPV: 34114122-0

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.
3. Miejscem dostawy/odbioru jest: siedziba Zamawiającego
4. Dostawy należy zrealizować w terminie 14 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego .
5. Do każdego z samochodów będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
 - książka pojazdu,
 - świadectwo homologacji,
 - gwarancję sprzedającego (nie krótszą niż 6 miesięcy)
 - zaświadczenie z Autoryzowanej Stacji Obsługi właściwej dla proponowanej marki i typu pojazdu o przebiegu , stanie technicznym , wystawionym nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert.

6. Każdy z oferowanych samochodów powinien posiadać książkę serwisową w języku polskim i instrukcję obsługi w języku polskim.

7. Dodatkowe wymagania: oferowane pojazdy powinny być tej samej marki i ten sam model – dopuszcza się maksymalnie dwie marki z jednym modelem w każdej

8. Wykonawca dostarczy wszystkie oferowane samochody w kolorze lakieru nadwozia : biały lub kremowy (kość słoniowa)

9. Wymagane parametry techniczne:

- nadwozie specjalistyczne – przystosowane do transportu ludzi chorych.
- przebieg nie większy niż 200.000km (dwieście tysięcy)
- silnik wysokoprężny (Diesel) o mocy nie mniejszej niż 95 kW
- skrzynia biegów manualna, dedykowana do danego typu silnika
- sygnalizację świetlną i dźwiękową wymaganą dla pojazdów uprzywilejowanych.

10. Wymagane wyposażenie:

- Zainstalowane co najmniej dwa gniazda 220V w przedziale medycznym.
- Zainstalowane co najmniej dwa gniazda 12V w przedziale medycznym z możliwością podłączenia inkubatora (przewód elektryczny o odpowiednio dużym przekroju- minimum 16A) i innych urządzeń medycznych.
- Instalacja próżniowa z pompą, jeden punkt poboru typu AGA z regulatorem siły ssania i manometrem podciśnieniowym+ pojemnik na wydzieliny z uchwytem ściennym i przewodem pacjenta z odpowiednim zakończeniem (długość przewodu min. 1,5 m.)
- TLEN-minimum trzy butle (dwie po min. 10 l. tlenu, trzecia 2-3 l tlenu)
 - czwarta butla 2-3 l. tlenu do respiratora przenośnego,
 - co najmniej dwa gniazda poboru tlenu z instalacji panelowej,
 - 2 reduktory do tlenoterapii biernej z przepływomierzem obrotowym,
 - znormalizowane wymiary butli i złączy,
 - przewody tlenowe przeznaczone do tlenu medycznego,
 - szafki na butle tlenowe dostosowane do butli tlenowych z kołnierzami.
- Odpowiednio wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych wraz z podstawą.
- Podłoga o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z zabudową ścian
- Pokrycie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, toksycznymi i łatwo zmywalnymi w jasnym kolorze.
- Ściany odpowiednio wzmocnione, przystosowane do montażu uchwytów pod różnorodny sprzęt medyczny.
- Izolacja dźwiękowo- termiczna części medycznej.

- Zapewnienie miejsca mocowania dodatkowego sprzętu, z możliwością korzystania w czasie jazdy, takiego jak:
 - noszy podbierających,
 - krzeselka kardiologicznego,
 - deski ortopedycznej z zestawem unieruchamiającym,
 - defibrylatora,
 - respiratora,
 - walizek medycznych,
 - uchwyty do mocowania ssaków,
 - uchwyty do mocowania płynów infuzyjnych min. 2 szt.
- Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą być zabezpieczone przed ewentualnym przesunięciem się w czasie jazdy z jednoczesną gwarancją łatwości użycia i dostępu.
- Na ścianach bocznych wnęki, schowki, szafki, uchwyty na leki i sprzęt medyczny.
- Uchwyty wokół przedziału medycznego ułatwiające personelowi przytrzymywanie się w czasie jazdy.
- Schowek nad głową kierowcy (z otwieraniem od strony przedziału medycznego).
- Szafki boczne z poziomo wyprofilowanymi blatami.
- Kosz na odpady z pasem mocującym do ścianki przedziału medycznego.
- Dwa fotele na ścianie przedziału medycznego, obrotowe (przodem lub bokiem do kierunku jazdy), ze składanymi do pionu siedziskami, z bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, zagłówkami o regulowanej wysokości i składanymi podłokietnikami
- Siedzisko na ścianie działowej, tyłem do kierunku jazdy, składane do pionu, z bezwładnościowym pasem biodrowym i zagłówkiem regulowanej wysokości.
- Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszklona szybą (przesuwaną) z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym.
- Nosze- mocowane na ławecie z możliwością wysuwu na zewnątrz i pozycją Trendelenburga, przystosowane do prowadzenia reanimacji- twarde pełne podłoże z materacem wyposażonym w system pasów bezpieczeństwa, z systemem błyskawicznego, bezpiecznego łączenia z transporterem, wytrzymałe na obciążenie min. 150 kg.
- Transporter do noszy głównych- wielopoziomowy z niezależną regulacją wysokości przedniej i tylnej części, z możliwością prowadzenia noszy bokiem w odpowiednim położeniu, wszystkie koła skrętne z blokadą dwóch przednich do jazdy wprost, z systemem błyskawicznego, bezpiecznego łączenia z podstawą (stołem pod nosze w ambulansie) z możliwością ustawienia noszy na transporterze w obu kierunkach i przemieszczania w dwóch pozycjach- brzeżnej i centralnej, z obejściem wokół noszy (z trzech stron)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – nieobowiązkowe

- Respirator transportowy
- Defibrylator
- Pompa infuzyjna
- Ssak bateryjno- sieciowy, przenośny, z torbą transportową
- Ogrzewacz do płynów infuzyjnych
- Aparat do mierzenia ciśnienia stacjonarny
- Mankiet do szybkich przetoczeń z manometrem

11. Warunki gwarancji – min. 6 miesięczna gwarancja Wykonawcy