

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy odzieży roboczej dla personelu medycznego, serwet, fartuchów i ubrań operacyjnych, protez kości sklepienia czaszki, zacisków tytanowych, drenów, rurek intubacyjnych i innych wyrobów medycznych “

– Zp/79/PN-69/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 dot pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana bielizna operacyjna posiadała wpis do rejestru Wyrobów Medycznych? Jeśli nie, proszę o zmianę nazewnictwa z „operacyjna” na „medyczna”, gdyż bielizna „operacyjna” przeznaczona na bloki operacyjne, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 10.04.2006r. musi spełniać wymagania norm zharmonizowanych PN-EN 13795-1: 2006 i PN-EN 13795- 2: 2005 (U) lub wymagania zapewniające równoważny poziom bezpieczeństwa, których nie spełnia tkanina 100% bawełna.

Odp. Zmiana nazewnictwa na „medyczne”.

Pyt. 2 dot. pakietu 12, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pacjenta o składzie:

- 1 x miska nerkowata
- 1 x taca z 5 tamponami, w kształcie śliwki
- 2 x kompres gazowy 7,5 x 7,5cm, 8 warstwowe
- 1 x sterylne szczypce, niebieskie
- 1 x obłożenie z wcięciem 60 x 60cm
- 2 x rękawice lateksowe, rozmiar M, bezpudrowe
- 1 x wodoodporny podkład 60 x 60cm

Pakowany indywidualnie, sterylny.

Odp. Nie dopuszczamy.

Pyt. 3 dot. pakietu nr 11- jednorazowe sondy do pulsoksymetru

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycje 1 (jednorazowe sondy do puls oksymetru NBP-Nellcor) z pakietu numer 11? W pakiecie zostały połączone akcesoria do dwóch zupełnie różnych urządzeń. Rozdzielenie obu pozycji pozwoli to na udział w przetargu firmie-producentowi oryginalnych akcesoriów Nellcora.

Odp. Zamawiający wydziela poz. 1 z pakietu nr 11.

Pyt. 4 dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga rozmiaru 30G lub 32G na 8mm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 30G na 8mm i 31G na 5mm?

Odp. Rozmiar 30G na 8mm- tak. Rozmiar 31G na 5mm- nie.

Czy Zamawiający wymaga, aby igły jednorazowego użytku do aparatów typu Pen były sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Dopuszczamy, ale nie jest to wymagane.

Czy Zamawiający wymaga kolorystycznego kodowania jak w przypadku igieł iniekcyjnych?

Odp. Nie wymagamy.

Pyt. 5 dot. pakietu nr 14

Czy rurki intubacyjne zbrojone mają posiadać gruby czarny znacznik w postaci ringu umożliwiający podwójną wizualizację przejścia przez struny głosowe widoczny pod kontrolą laryngoskopu?

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną- zbrojoną o średnicy mankietu 15mm- rozm. 5.0 o średnicy 17mm- rozm. 5.5, o średnicy 20mm- rozm. 6.0, o średnicy 21mm- rozm. 6.5, o średnicy 22mm- rozm. 7.0, o średnicy 25mm- rozm.7.5, o średnicy 29.5mm- rozm.8.0, o średnicy 29.5mm- rozm.8.5?

Odp. Tak jak w specyfikacji.

Pyt. 6 dotyczy pakietu nr 17 poz. 9

Prosimy o wyłączenie pozycji 9 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Nie wyłączamy.

Pyt. 7 dot. SIWZ

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odp. Zamawiający nie przewiduje podpisywania z 1 Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety i nie zmienia wzoru umowy.

Pyt. 8 dotyczy pak. nr 2

W SIWZ dla pakietu nr 2 poz. 1-4 określono tkaninę kadziową w kolorze fioletowym ciemnym i zażądano dołączenie tychże próbek do przetargu. Ponieważ bawełna kadziowa występuje w kolorach biały, zieleń i niebieski a tkanina w kolorze fioletowym musiałaby być produkowana na specjalne zamówienie w większej ilości. Stawianie takich niewykonalnych zadań przed oferentami narusza zasadę uczciwej konkurencji. Czy wobec tego Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie (w poz. 1-4 pakietu nr 2) na tkaninę w kolorze innym np. zielonym a w przypadku negatywnej odpowiedzi znieś w SIWZ wymóg dołączenie próbek?

Odp. Nie.

*Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Roman Szelemej*