

DZPZ-530-Zp/81/PN-71/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy zestawów odczynnikowych, szybkich testów diagnostycznych i innych odczynników laboratoryjnych oraz odczynników do serologii grup krwi, kart do mikrometody wraz z dzierzawą wirówki i czytnika do tych kart – Zp/81/PN-71/10.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu nr 5 B

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mikrokart zawierających odczynniki monoklonalne do oznaczania grupy krwi noworodka i czynnika RhD w innej konfiguracji, tzn. tak, aby jedno z oznaczeń anti-D (poz. 3 i 4 tabeli w pakiecie 5B) wykrywało odmianę DVI?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczanie grupy krwi noworodka AB0 i RhD było wykonywane przy użyciu dwóch różnych klonów anti-A oraz anti-B, anti-D, każdy o innej swoistości antygenowej dla poszczególnych grup?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga dwóch różnych klonów.

Czy Zamawiający wymaga (w przypadku, kiedy mikrokarty do oznaczeń nie pochodziłyby z firmy producenta – DiaMed), aby w celu potwierdzenia kompatybilności oferowanych kart z posiadaną wirówką MTC-24 firmy DiaMed, przedstawiono dokumenty pochodzące z firmy DiaMed autoryzujące, możliwość używania na wirówkach DiaMed kart innych producentów z gwarancją uzyskania wyników o tej samej czułości i swoistości bez ryzyka narażenia zdrowia i życia pacjenta?

Odp. Tak. Pełna nazwa wirówki ID-certifuge Diadem MTC-24.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5B wymaga w celu dokumentacji warunków dostaw (zgodnie z projektem dostaw § 4 pkt. 2) jako załącznika do oferty wydruku z monitorowania temperatury dostaw?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw był zgodny z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw oraz zapewnieniem, iż istnieje możliwość dostaw „na cito” w terminie do 7 dni?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany czytnik do mikrokart miał polskojęzyczne oprogramowanie?

Odp. Tak.

Prosimy o podanie opisu wirówki MTC-24 (kolor obudowy, rozmiar szczeliny na mikrokarty, parametry wirowania), do której mają być kompatybilne oferowane mikrokarty żelowe.

Odp. Typ wirówki ID centrifuge Diadem MTC-24. Czas wirowania 10 min, obroty 900.

W przypadku gdy oferowane mikrokarty żelowe nie będą kompatybilne do wirówki Zamawiającego, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dzierżawy 2 wirówek?

Odp. Nie.

Zamawiający w pakiecie nr 5B podał ilości kart jakich oczekuje. Prosimy o podanie ilości badań jakie Zamawiający chce wykonać przy pomocy tych zamawianych kart.

Odp. Niezależnie od ilości mikrokolumn Zamawiający podtrzymuje ilość zamawianych kart.