

Wałbrzych 11.10.2010 r.

DZPZ-530-Zp/91/PN-79/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy : łóżeczek dziecięcych, łóżek szpitalnych, aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji witrektomii przedniej wraz z materiałami, perymetru – Zp/91/PN-79/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce o wymiarach zewnętrznych dł. 1450 mm, szer. 765, wys. 1480 mm?

Odp. Nie

Pytanie 2, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce bez uchwytów zewnętrznych, co wydaje się parametrem zbędnym?

Odp. Nie

Pytanie 3, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce z leżem o wymiarach 135 x 69 cm?

Odp. Nie

Pytanie 4, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce o wysokości leża 550 mm?

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce z barierkami bocznymi bez możliwości sterowania przy pomocy pedałów nożnych?

Odp. Nie

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości 2130 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Tak