

Wałbrzych 14.10.2010r

DZPZ-530-Zp/93/PN-81/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów (płyt, śrub, siatek tytanowych) wykorzystywanych w zabiegach operacyjnych Oddziału Chirurgii Szcękowo-Twarzowej - Zp/93/PN-81/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. – pakiet nr 2, pozycja 57.

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowy zapis do w/w pozycji powinien być następujący – „płytką L-kształtną o kącie 100 °, z extra długim skokiem (9 mm), prawa, tytanowa, grubość 0,6, oczka 4” ?

Odp. Tak, nastąpiła omyłka. Winno być: „płytką L-kształtną o kącie 100 °, z extra długim skokiem (9 mm), prawa, tytanowa, grubość 0,6, oczka 4”

Pyt. – pakiet nr 2, pozycja 59.

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowy zapis do w/w pozycji powinien być następujący – „płytką L-kształtną o kącie 100 °, z extra długim skokiem (7,5 mm), prawa, tytanowa, grubość 0,6, oczka 5” ?

Odp. Tak, nastąpiła omyłka. Winno być: „płytką L-kształtną o kącie 100 °, z extra długim skokiem (7,5 mm), prawa, tytanowa, grubość 0,6, oczka 5”.