

Wałbrzych 18.10.2010 r.

DZPZ-530-Zp/92/PN-80/10

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy przetarg nieograniczony na dostawy : elektrod do elektrostymulacji zewnętrznej serca dla dzieci, kaniul dożylnych, zestawów do diagnostycznego płukania otrzewnej, jednorazowych sond do pulsoksymetru Dolphin, zestawów urologicznych – Zp/92/PN-80/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji 6 złożenie oferty z kaniulami z cewnikiem o długości 45 mm, która jest najczęściej stosowaną w typorządzie kaniul znanych producentów światowych?

Odp. Tak

Pytanie 2, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w pozycji 12 złożenie oferty z kaniulami o przedłużce o długości 10 cm, czyli nieznacznie różniące się od zamawianej, spełniające wszystkie pozostałe warunki z SIWZ.

Odp. Tak

Pytanie 3, dot. pakiet nr 2

Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie korki do cewników należy zaoferować w pakiecie nr 2 w pozycji 10 ?

Odp. Korki do cewników pozycja 13. Korki powinny posiadać uchwyt ułatwiający manipulację.

Pytanie 4, dot. pakiet nr 2, poz. 9

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP, pozostałe parametry bez zmian. Takie kaniule są obecnie z powodzeniem używane przez Zamawiającego.

Odp. Nie

Pytanie 5, dot. pakiet nr 2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP, o przepływie 10ml/min., pozostałe parametry bez zmian. Takie kaniule są obecnie z powodzeniem używane przez Zamawiającego.

Odp. Wykonawca nie określił o którą pozycję w pytaniu chodzi.

Pytanie 6, dot. pakiet nr 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul 20G o standardowej długości 33 mm.

Odp. Tak

Pytanie 7, dot. pakiet nr 2, poz. 6

Proszę o dopuszczenie kaniul o standardowej długości 15 mm.

Odp. Tak

Pytanie 8, dot. pakiet nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga aby korki w kaniulach posiadały trzpień znajdujący się poniżej jego krawędzi, zmniejszające ryzyko infekcji?

Odp. Nie

Pytanie 9, dot. pakiet nr 2, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień korka znajdował się poniżej jego krawędzi zmniejszający ryzyko infekcji?

Odp. Nie

Pytanie 10, dot. pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 20 G o długości 32 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 11, dot. pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 18 G o długości 45 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 12, dot. pakiet nr 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę do żył obwodowych 14 G o długości 45 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie 13, dot. pakiet nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul; pakowano pojedynczo w opakowaniu TYVEK, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 14

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 2 pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10** zawierające kaniule i koreczki

w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp. Nie

Pytanie 15, dot. pakiet nr 2, poz. 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 20G 1,1x32mm.

Odp. Tak

Pytanie 16, dot. pakiet nr 2, poz. 3

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 18G 1,3x45mm.

Odp. Tak

Pytanie 17, dot. pakiet nr 2, poz. 6

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 14G 2,1x45mm.

Odp. Tak

Pytanie 18, dot. pakiet nr 2, poz. 9

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24G 0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych warunków SIWZ.

Pytanie 19, dot. pakiet nr 2, poz. 11

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu koreczki do kaniul pakowane w opakowanie typu tyvec z mankietem łatwym do otwierania (na pasku znajdują się 4 sztuki koreczków, z których każdy jest zapakowany osobno; opakowanie umożliwia wyjęcie pojedynczej sztuki z zachowaniem zasad aseptyki).

Odp. Tak, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 20, dot. pakiet nr 2, pozycji

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule, koreczki i kraniki pochodzące od różnych producentów, które są kompatybilne.

Rozmiary kaniul, koreczków i kraników trójdrożnych są znormalizowane, a przez to różni producenci mogą posiadać kompatybilne ze sobą wyroby medyczne.

Odp. Tak

Pytanie 21, dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty w pakiecie 2 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Nie

Pytanie 22, dot. pakiet nr 2, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych z zastawką antyzwrotną w komorze wypływu jako rozwiązanie równoważne do filtra hydrofobowego.

Odp. Nie dopuszczamy. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23, dot. pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 20 G o standardowej długości 32 mm.

Odp. Tak

Pytanie 24, dot. pakiet nr 2, poz. 3,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej o długości 45 mm.

Odp. Tak

Pytanie 25, dot. pakiet nr 2, poz. 7,8,9

1. Czy kaniula ma posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

Odp. Zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli dotyczy pozycji 8 i 9

2. Czy kaniule mają posiadać przepływ 13 ml/min.?

Odp. Minimalny przepływ w pozycji 8,9 13ml/min

Pytanie 26, dot. pakiet nr 2, poz. 10,12

Czy kraniki mają posiadać trójramienne białe pokrętło z mechanizmem obrotowym zapewniającym skokową zmianę pozycji co 45° w zakresie 360° co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów?

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Pytanie 27, dot. pakiet nr 2, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie karnika trójdrożnego posiadającego przestrzeń martwą 0,8 ml?

Odp. Tak

Pytanie 28, dot. pakiet nr 2, poz. 13

Czy pod pojęciem korek do cewników Zamawiający ma na myśli zatyczkę do cewników z motylkowym uchwytem ułatwiającym manipulację?

Odp. Z uchwytym ułatwiającym manipulację

Pytanie 29, dot. SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wpisanie dodatkowego paragrafu do Projektu Umowy o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 tygodniowym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, np. podwyższenia przez producenta ceny towaru objętego umową, zaprzestanie produkcji towaru objętego umową przez producenta „?

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Prosimy zmianę we wzorze umowy paragrafu 5 pkt. 3 na zapis o następującym brzmieniu: „Ceny przedstawione w formularzu ofertowym nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmian cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT.”

Odp. Zamawiający nie modyfikuje projektu umowy

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

Odp. Nie

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odp. Tak