

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę sprzętu endoskopowego endourologicznego z wyposażeniem, cystoskopów, lasera do litotrypsji, systemu elektrochirurgicznego z przystawką argonową, resektoskopu bipolarnego oraz endoskopowej kamery wysokiej rozdzielczości, optyki endoskopowej i narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku”.*

– Zp/87/PN-75/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1 dot. Pakietu nr 1-** dot. Medyczna Kamera Endoskopowa 3 lub 1- chipowa

1. Ad. 4

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej kamery medycznej o czułości < 1 lux co jest lepszym parametrem od wymaganego?

2. Ad. 12

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej kamery medycznej wyposażonej w wyjścia: 2 x Composit oraz 2 x S-Video?

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

**Pyt. 2 dot. Pakietu nr 2-** dot. Resektoskop przepływowy monopolarny

1. Ad. 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego płaszcza resektoskopu 26 Fr, z dziobem prostym, z dwoma wejściami LUER-LOCK, obrotowy, przepływowy?

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

dot. Uretrotom optyczny

2. Ad. 8

Czy Zamawiający wymaga aby uretrotom OTIS był wraz z 3 końcówkami tak jak to oferuje producent w standardzie?

**Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

dot. Litotryptor mechaniczny

3. Ad. 2

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z płaszczem oraz elementem roboczym dostarczono obturator?

**Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

dot. Ureterorenoskop półsztywny lub sztywny

4. Ad. 2

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego ureterorenoskop o kącie patrzenia 12°.

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

**Pyt. 3 dot. Pakietu nr 6 - Dot. Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości**

1. Ad. 3

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej kamery wysokiej rozdzielczości w trybie pracy 1080 p, bowiem jest to rozdzielczość najwyższej jakości która zgodnie z opisem będzie wykorzystywana do pracy pod czas laparoskopii.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

2. Ad. 7

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej kamery wysokiej rozdzielczości wyposażonej w 3 wyjścia cyfrowe: DVI oraz 2 x HD-SDI?

**Odp. Tak, dopuszczamy**

3. Ad. 8

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej kamery wysokiej rozdzielczości z funkcją automatycznych ustawień nie wymagających ręcznego sterowania z użyciem menu.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

4. Ad. 10

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnej kamery wysokiej rozdzielczości wraz z głowicą kamery wyposażoną w dwa programowalne przyciski do m.in. sterowania kamerą, balansem bieli, regulacją jasności, sterowania rejestratorem cyfrowym.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

Dot. Medyczny monitor LCD

5. Ad. 15

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego monitora LCD wyposażonego w funkcję PIP, która jest zrozumiałym efektem cyfrowym możliwym do wykorzystania pod czas laparoskopii i która nie zaburzy pracy monitora.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

Dot. Insuflator CO2

6. Ad. 31

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego insuflatora CO2 o regulacji ciśnienia w zakresie 5-25 mmHg

**Odp. Tak, dopuszczamy**

7. Ad. 35

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego insuflatora CO2 nie wymagającego menu w żadnym języku – wszystkie ustawialne parametry są numeryczne.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

Dot. Cyfrowy rejestrator obrazów medycznych wysokiej rozdzielczości HD/HDTV

8. Ad. 44

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego rejestratora HD wyposażonego we wbudowany panel LCD w konsolę rejestratora do sterowania oraz podglądu zapisywanych danych.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

9. Ad. 47

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego rejestratora HD z możliwością dokonania zapisu danych poprzez panel dotykowy oraz głowicę kamery lub włącznik nożny.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

10. Ad. 51

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego rejestratora HD wyposażonego we wszystkie wymagane wyjścia/wejścia : 2x DVI, 1x S-Video, 1x Composite 1920x1080, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

11. Ad. 55

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego rejestratora HD wyposażonego w intuicyjne menu z ilustracjami, z możliwością kasowania zapisanych danych, możliwość odtwarzania zapisanych danych, na ekranie LCD, możliwość wyboru jakości i rozdzielczości nagrywanych sekwencji video, możliwość wyłączenia ekranu LCD jako praca w trybie nocnym.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

Dot. Wózek medyczny

12. Ad. 62

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania równoważnego wózka medycznego z ramieniem umieszczonym centralnie od dł. 275 mm.

**Odp. Tak, dopuszczamy**

**Pyt. 4 dot. Pakietu nr 8 - Dot. Narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku – Urologia i Laparoscopia\**

1. Ad. 3 i 9

Czy w związku z wymogiem zaoferowania trokarów w punkcie 1 - metalowy ( metalowy trokar z uchwytem ręcznego otwarcia klapki), Zamawiający wymaga aby w punktach 3 i 9 również były zaoferowane takie trkary?

**Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.**

**Pyt. 5 dot. Pakietu nr 6 poz.50 Zapis video w formatach min.: MPEG-3 lub MPEG-4**

Czy Zamawiający dopuści zapis video w formatach MPEG2 lub MPEG2HD?

*Proponowany przez nas zapis video nie zmienia jakości nagranych zdjęć czy filmów. Zmienia jedynie kompresję zapisanych plików co spowoduje jedynie większą pojemność zapisanych plików nie tracąc przy tym na jakości.*

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

**Pyt. 6 dot. Pakietu nr 6 poz.55**

Proszę sprecyzować zapis „oprogramowanie w języku polskim”. Czy Zamawiający wymaga aby menu urządzenia było w języku polskim czy wymaga instrukcji użytkowania w języku polskim?

**Odp. Zamawiający wymaga menu urządzenia w języku polskim lub instrukcji użytkowania.**

**Pyt. 7 dot. Pakietu nr 6 poz.55**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z menu w języku angielskim?

**Odp. Warunkowo tak.**

**Pyt. 8 dot. Pakietu nr 6 poz.55 „Możliwość funkcji trybu nocnego poprawiającej komfort pracy w zaciemnionej Sali operacyjnej”.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez tej funkcji?

**Odp. Tak**

**Pyt. 9 dot. Pakietu nr 6 poz.55 „Możliwość krycia przycisku” stop klatki- zatrzymania obrazu.**

Prosimy o sprecyzowanie tego zapisu. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość zamiany funkcji STOP na funkcję PAUSA?

**Odp. Tak.**

**Pyt. 10 dot. Pakietu nr 6 poz.55 Możliwość funkcji kasowania wybranych plików przed zapisaniem na płytę**

Czy Zamawiający dopuści nagrywarke z funkcją wyboru plików przed zapisaniem na płytę.

**Odp. Tak.**

**Pyt. 11 dot. Pakietu nr 6 poz.55 -możliwość funkcji zmiany nazwy wybranych plików przed zapisaniem na płytę**

Czy Zamawiający dopuści nagrywarke z funkcją zmiany nazwy całego katalogu bez funkcji zmiany nazwy poszczególnych plików?

**Odp. Tak.**

**Pyt. 12 dot. Pakietu nr 6 STATYW DO MONITORA LCD**

Czy Zamawiający wymaga aby statyw do monitora posiadał atest medyczny?

**Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy.**

**Pyt. 13 dot. Pakiet nr 6 STATYW DO MONITORA LCD**

Czy Zamawiający wymaga aby statyw do monitora posiadał pneumatyczny system regulacji wysokości monitora?

**Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy.**

**Pyt. 14 dot. pakietu nr 1**

**Medyczna kamera endoskopowa 1 lub 3 chipowa**

Ad.Pkt.12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kamerę medyczną 1-chipową, posiadającą wyjścia sygnałowe : Composite, S-Video?

**Odp. Nie.**

**Pyt. 15 dot. pakietu nr 6**

**Kamera wysokiej rozdzielczości**

Ad.Pkt.3.5 Czy Zamawiający dopuści kamerę o możliwościach dopasowania parametrów pracy kamery do warunków specyficznych dla każdego zabiegu?

**Odp. Tak.**

**Pyt. 16 dot. pakietu nr 6**

**Źródło światła Led lub Xenon**

Ad.Pkt.25 Czy Zamawiający dopuści do postępowania źródło światła Xenon o mocy 300 W z jedną żarówką zapasową?

**Odp. Nie**

Nadmieniamy, że obecne zapisy w pkt. 26 naruszają zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zmuszają pozostałych oferentów do warunków stawianych przez firmę Stryker Polska, która jako jedyna oferuje źródło światła LED. Dlaczego Zamawiający nie wymaga, aby źródła światła posiadały jednakową moc?

**Pyt. 17- Cyfrowy rejestrator obrazów medycznych**

1. Ad.Pkt.44 Czy Zamawiający dopuści rejestrator posiadający dotykowy monitor sterujący np. 19” mocowany na ramieniu wózka endoskopowego? Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej ergonomiczne ustawienie ekranu sterującego, ułatwi obsługę systemu oraz zapewni lepszy widok panelu sterującego i podglądu rejestrowanych obrazów?

**Odp. Tak**

2. Ad.Pkt.50 Czy Zamawiający dopuści rejestrator obrazów medycznych zapisujący video w formacie MPEG-2? Taki format charakteryzuje się mniejszą kompresją danych niż np. MPEG-4 ponadto format MPEG-2 jest formatem akceptowalnym przez systemy PACS (bazy obrazów radiologicznych z którymi potencjalnie system ma być zintegrowany –współpraca z DICOM).

**Odp. Tak**

3. Ad.Pkt.51 Czy Zamawiający dopuści rejestrator obrazów medycznych posiadających wejścia:  
-1xDVI-D - dla cyfrowych sygnałów HDTV 1080p (nadmieniamy, że takie wyjście jest wymagane w kamerze)  
-1xHD/SD-SDI - dla cyfrowych sygnałów HDTV i PAL  
-1xS-Video  
-1xComposito  
-1xRGB  
oraz wyjście RGBHC?

**Odp. Tak.**

**Pyt. 18 dotyczy pakietu nr 8**

**Narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku - Urologia**

1. Ad.Pkt.7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie grota bezpiecznego, tępego o średnicy 5,5-6 mm z możliwością aktywacji zamkiem sprężynowym?

**Odp. Tak.**

2. Ad. Pkt.8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie redukcji trokara klapkowej lub sprężynowej z 11/5mm?

**Odp. Tak.**

3. Ad.Pkt.15 Czy Zamawiający dopuści szczypce preparacyjno-chwytające śr. 10 mm, trzyczęściowe, obrotowe, zagięte w lewo, obydwie bransze ruchome z uchwytem metalowym bez przyłącza do koagulacji? Nadmieniamy, że bransze instrumentów średnicy 10 mm posiadają bardzo dużą powierzchnię, co powoduje, że nie są przeznaczone do wykorzystania jako instrumenty koagulujące.

**Odp. Tak**

4. Ad.Pkt.16 Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające 2x3 zęby, o średnicy 10mm, trzyczęściowe, obrotowe, uchwyt metalowy bez przyłącza do koagulacji? Nadmieniamy, że bransze instrumentów średnicy 10mm posiadają bardzo dużą powierzchnię, co powoduje, że nie są przeznaczone do wykorzystania jako instrumenty koagulujące.

**Odp. Tak.**

5. Ad.Pkt.22 Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe rozmiar medium-large pakowane po 10 szt. w magazynku - min. 26 magazynków?

**Odp. Tak.**

6. Ad.pkt.29 W związku z wymogiem zaoferowania niestandardowych worków do wyjmowania dużych wycinków lub niewielkich narządów (oferuje to wyłącznie jedna firma), wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania worków jednorazowych, sterylnych o pojemności 800 ml, współpracujących z trokami średnicy 10-11mm.

**Odp. Tak.**

**Pyt. 19 dotyczy pakietu nr 8**

**Narzędzia laparoskopowe wielorazowego użytku - Chirurgia**

1. Ad.Pkt.7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie grota bezpiecznego, tępego o średnicy 5,5-6 mm z możliwością aktywacji zamkiem sprężynowym?

**Odp. Tak.**

2. Ad. Pkt.8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie redukcji trokara klapkowej lub sprężynowej z 11/5mm?

**Odp. Tak.**

3. Ad.Pkt.15 Czy Zamawiający dopuści szczypce preparacyjno-chwytające śr. 10mm, trzyczęściowe, obrotowe, zagięte w lewo, obydwie bransze ruchome z uchwytem metalowym bez przyłącza do koagulacji. Nadmieniamy, że bransze instrumentów

średnicy 10mm posiadają bardzo dużą powierzchnię co powoduje, że nie są przeznaczone do wykorzystania jako instrumenty koagulujące.

**Odp. Tak.**

4.Ad.Pkt.16 Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające 2x3 zęby, średnicy 10mm, trzyczęściowe, obrotowe, uchwyt metalowy bez przyłącza do koagulacji. Nadmieniamy, że bransze instrumentów średnicy 10mm posiadają bardzo dużą powierzchnię co powoduje, że nie są przeznaczone do wykorzystania jako instrumenty koagulujące?

**Odp. Tak.**

5.Ad.Pkt.22 Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe rozmiar medium-large pakowane po 10 szt w magazynku - min. 26 magazynków?

**Odp. Tak.**

6.Ad.pkt.29 W związku z wymogiem zaoferowania niestandardowych worków do wyjmowania dużych wycinków lub niewielkich narzędzi (oferuje to wyłącznie jedna firma), wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania worków jednorazowych sterylnych o pojemności 800 ml współpracujących z trokami średnicy 10-11mm.

**Odp. Tak, dopuszczamy.**

**Pyt. 20 dot. pakietu nr 3 pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści laser o zakresie regulacji energii 0,2- 3J?

**Odp. Tak.**

*Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Andrzej Stążka*