

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawę sprzętu endoskopowego endourologicznego z wyposażeniem, cystoskopów, lasera do litotrypsji, systemu elektrochirurgicznego z przystawką argonową, resektoskopu bipolarnego oraz endoskopowej kamery wysokiej rozdzielczości, optyki endoskopowej i narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku”.

– Zp/87/PN-75/10

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pyt. 1 dotyczy pkt. X SIWZ - oferta musi zawierać:

pkt. 9 Dokumenty dopuszczające do oferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami (deklaracja zgodności CE oraz wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych)

Zawracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymagania w zakresie urządzeń medycznych np. klasy I, IIa, które zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku nie wymagają wpisu i są wprowadzane do bezpiecznego użytkowania w placówkach służby zdrowia na mocy odpowiednich Deklaracji Zgodności?

Odp. Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających oferowany towar do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a więc takie, gdzie przepisy przewidują konieczność posiadania takich atestów i wpisów.

Pyt. 2 dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłożenia tłumaczeń przysięgłych w razie jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego?

Odp. Tak

Pyt. 3 dot. pakietu nr 1

Wózek endoskopowy

punkt 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny, oryginalny wózek producenta oferowanego sprzętu - z blokadą kół przednich, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego, typ wózka umożliwiający postawienie oferowanego zestawu z szufladą nie zamykaną na klucz spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pyt.4 dot. pakietu nr 2

Resektoskop przepływowy monopolarny

punkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny resektoskop 26Charr, z ciągłym przepływem w systemie podwójnego płaszcza, obrotowy, z prostą końcówką z dziurkami irygacyjnymi pozostała część z bruzdami podłużnymi, zmniejszającymi naprężenia ścian cewki, dla optyk 12 i 30 stopni z dwoma Luerami po jednym na płaszczu zewnętrznym i wewnętrznym? Płaszcz wewnętrzny z ceramiczną wkładką spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Tak

Pyt. 5 dotyczy pakietu nr 2

URETERORENOSKOP PÓLSZTYWNY lub SZTYWNY

punkt 4,5 i 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszcze chwytające o długości 55cm dedykowane przez producenta do oferowanych ureterorenoskopów, spełniające pozostałe parametry SIWZ ?

Odp. Tak

Pyt. 6 dotyczy pakietu nr 3

URETROFIBEROSKOP szt 1

Punkt 1

Czy Zamawiający nie uważa za konieczne by **uretrofiberoskop** powinien :

- posiadać dwa kanały robocze, które umożliwiają ciągły przepływ poprzez podłączenie irygacji do kanału roboczego i ssania do kanału na włókno laserowe. Ciągły przepływ znacząco poprawia widoczność pola operacyjnego.

- być wyposażony w mechanizm obrotowy służący do kontroli położenia włókna podczas pracy przez co zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu się włókna. Mechanizm ten zapewnia wygodę pracy operatora oraz zapobiega uszkodzeniu kanału roboczego.
- być wyposażony w specjalną dźwignię blokującą położenie końcówki endoskopu w określonej pozycji?

Odp. Tak

Pyt. 7 dotyczy pakietu nr 5

RESEKTOSKOP BIPOLARNY

punkt 6

W związku z tym , że każda firma oferująca elektroresektory ma indywidualne rozwiązania technologiczne czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie elektrod tnących do elektroresektora bipolarnego polegające na tym, że przepływ prądu jest realizowany pomiędzy płaszczem elektrody a tnącą częścią elektrody?

Odp. Tak

Pyt. 8 dotyczy pakietu nr 8

A. NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU – UROLOGIA

punkt 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny gwintowany trokar o średnicy 10 mm z wentylem magnetycznym kulkowym, nie wymagający dodatkowych gwintowanych tulei, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny grot trójkątny o średnicy 10 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny grot bezpieczny o średnicy 10 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne szczypce preparacyjno-chwytające o średnicy 10mm bez przyłącza do koagulacji spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki chwytające 2x3 zęby o średnicy 10mm bez przyłącza do koagulacji spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki chwytające bipolarne o średnicy 5,5mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki bipolarne o średnicy 5,5mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny retraktor wachlarzowy trójpalczasty, atraumatyczny, autoklawowalny, z regulacją dwufunkcyjną (funkcja otwierania wachlarza i funkcja zginania końcówki ramienia), o średnicy 5mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 26 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną rurkę ssąco-płuczącą o średnicy 5mm dł. 41cm z dźwignią ssania i płukania spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 9 dotyczy pakietu nr 8

B. NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU - CHIRURGIA

punkt 1,2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny gwintowany trokar średnicy 10 mm z wentylem magnetycznym kulkowym, nie wymagający dodatkowych gwintowanych tulei, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny grot trójkątny o średnicy 10 mm?

Odp. Tak

punkt 6- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny grot bezpieczny o średnicy 10 mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 15 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne szczypce preparacyjno-chwytające o średnicy 10mm bez przyłącza do koagulacji spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.Tak

punkt 16 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki chwytające 2x3 zęby o średnicy 10mm bez przyłącza do koagulacji spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne kleszczyki chwytające bipolarne o średnicy 5,5mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważne nożyczki bipolarne o średnicy 5,5mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny retraktor wachlarzowy trójpalczasty, atraumatyczny, autoklawowalny z regulacją dwufunkcyjną (funkcja otwierania wachlarza i funkcja zginania końcówki ramienia), o średnicy 5mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

punkt 26 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną rurkę ssąco-płuczącą o średnicy 5mm dł. 41cm z dźwignią ssania i płukania spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pyt. 10 dotyczy pakietu nr 1 ad. pkt. 12

Upzejmnie prosimy o dopuszczenie do oferowania równoważnej do wymaganej kamery medycznej wyposażonej w wyjścia sygnałowe: 1 x Composite; 2 x S-Video?

Odp. Tak.

*Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka*